

Bytom, dnia 29.10.2026 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę autoklawu laboratoryjnego wraz z wyposażeniem, transportem, wniesieniem, podłączeniem, uruchomieniem, walidacją, szkoleniem i przeglądami

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, kompletnego i nieużywanego autoklawu laboratoryjnego, wolnostojącego, z pionową komorą, załadunkiem od góry i pojemnością użytkową co najmniej 80 litrów, wraz z wyposażeniem i usługami umożliwiającymi jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Wymagany autoklaw z pokrywą otwieraną do góry oraz z funkcją aparatu Kocha, zgodnie z OPZ.

Zakres zamówienia obejmuje:

- ❑ autoklaw z układami aktywnego chłodzenia, podtrzymania ciśnienia oraz próżni, z drukarką raportów z cykli;
- ❑ sprężarkę bezolejową, kosz siatkowy i pełny pojemnik sterylizacyjny z pokrywą oraz stację uzdatniania wody ze zbiornikiem ciśnieniowym;
- ❑ transport, rozładunek, wniesienie do wskazanego pomieszczenia, w tym po schodach, ustawienie i montaż całego zestawu, z zapewnieniem przez Wykonawcę personelu i sprzętu transportowego;
- ❑ podłączenie do uzgodnionych, dostępnych punktów instalacyjnych, dostarczenie niezbędnych przewodów, armatury, złączy i materiałów przyłączeniowych oraz sprawdzenie kompletności zestawu i prawidłowości podłączeń; uruchomienie i próby funkcjonalne po spełnieniu wymaganych warunków technicznych i prawnych, w uzgodnionym terminie;
- ❑ walidację pustej komory i programów użytkowych, szkolenie pracowników w języku polskim oraz przekazanie dokumentacji;
- ❑ dwa przeglądy autoklawu, dwa przeglądy stacji uzdatniania wody i dwa przeglądy sprężarki w okresie gwarancji, zgodnie z OPZ;
- ❑ uporządkowanie miejsca wykonywania prac i usunięcie opakowań oraz odpadów powstałych podczas realizacji.

Szczegółowy opis, minimalne wymagania techniczne i warunki realizacji określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

2. Kod CPV

33191110-9 - Autoklawy.

3. Rodzaj procedury

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień jednostkowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 170 000 złotych. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia niższą niż 170 000 zł netto, określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

4. Termin realizacji zamówienia

Dostawa do miejsca docelowego, montaż, podłączenie, przekazanie dokumentacji i odbiór dostawy i montażu — najpóźniej do dnia 16.12.2026 r.

Przeglądy okresowe będą wykonywane w okresie gwarancji, zgodnie z OPZ i umową. Terminy przeglądów będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym, z uwzględnieniem harmonogramu i wymagań producentów urządzeń oraz okresu gwarancji.

5. Kryteria oceny ofert

łączna cena brutto za wykonanie całego zakresu zamówienia, obejmująca również wymagane przeglądy - 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z wymaganiami Zamawiającego, zawierająca najniższą łączną cenę brutto. W przypadku jednakowych cen Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych; cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od ceny pierwotnej.

6. Warunki płatności

łączna cena za dostawę kompletnego zestawu wraz z wyposażeniem, podłączeniem, uruchomieniem, walidacją, szkoleniem, gwarancją i wszystkimi wymaganymi przeglądami zostanie zapłaconą jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru dostawy i montażu bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie później niż do 31.12.2026 r. Wykonawca wystawi i doręczy fakturę w dniu odbioru dostawy i montażu, nie później niż 16.12.2026 r.

Koszty walidacji i przeglądów są ujęte w łącznej cenie zamówienia i objęte powyższą płatnością. Ich wykonanie nie wymaga dodatkowego zlecenia ani zapłaty.

Wykonawca załączy do Formularza oferty zestawienie ceny z wyodrębnieniem wartości netto, podatku VAT i wartości brutto: 1) dostawy zestawu wraz z wyposażeniem i usługami objętymi zamówieniem, w tym walidacją; 2) dwóch przeglądów autoklawu; 3) dwóch przeglądów stacji uzdatniania wody; 4) dwóch przeglądów sprężarki. Suma pozycji musi odpowiadać łącznej cenie oferty. Zestawienie ma charakter kalkulacyjny i nie stanowi podstawy do odrębnego fakturowania lub późniejszych płatności za przeglądy. Może zostać sporządzone na druku Wykonawcy albo w Formularzu oferty.

7. Inne istotne warunki zamówienia

- ❑ Łączna cena oferty obejmuje wszystkie koszty realizacji zakresu opisanego w OPZ, w tym wyposażenie, transport, rozładunek, wniesienie, montaż i podłączenia, uruchomienie, walidację, dokumentację, szkolenie, gwarancję, przeglądy, dojazdy i robociznę.
- ❑ Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i obejmuje cały dostarczony zestaw oraz wykonane podłączenia. Przeglądy wymagane do utrzymania gwarancji należy uwzględnić w cenie zgodnie z OPZ.
- ❑ Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wizję lokalną w siedzibie PSSE w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25, po uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w pkt 9. Wizja jest dobrowolna; jej brak nie powoduje odrzucenia oferty. Obejmuje sprawdzenie trasy wniesienia, schodów, przejść, miejsca ustawienia, otwarcia pokrywy, dostępu serwisowego i punktów instalacyjnych. Zasady wizji oraz obowiązek weryfikacji warunków przed dostawą określa OPZ.
- ❑ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania OPZ. Za dobór, kompletność i współpracę wszystkich elementów odpowiada Wykonawca.
- ❑ Z ofertą należy złożyć dokumentację techniczną, np. kartę produktu, katalog, opis i rysunek, pozwalającą potwierdzić producenta i model, parametry, wyposażenie, gabaryty, wysokość przy otwartej pokrywie oraz wymagania instalacyjne i serwisowe. Należy wskazać również sposób wykonania walidacji i jej zakres objęty akredytacją. Dokumentacja musi potwierdzać otwieranie pokrywy do góry oraz funkcję aparatu Kocha; należy wskazać nazwę programu lub trybu, jego parametry i miejsce ich opisanie w dokumentacji.
- ❑ W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, o ile nie prowadzi to do zmiany oferowanego zestawu, ceny ani innych istotnych warunków oferty. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- ❑ Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Przed wyborem oferty Zamawiający zweryfikuje te podstawy wykluczenia na podstawie właściwych list sankcyjnych i dostępnych rejestrów, z uwzględnieniem Wykonawcy, jego beneficjentów rzeczywistych i jednostki dominującej, w zakresie wymaganym wskazaną ustawą.

- ❑ Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru oferty, w szczególności gdy nie wpłynie oferta zgodna z wymaganiami albo cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Informacja o zakończeniu postępowania zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.

8. Informacje dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w języku polskim na załączonym Formularzu oferty do dnia 06.11.2026 r. do godziny 10⁰⁰, w następujący sposób:

- ❑ pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, ul. Stanisława Moniuszki 25, 41-902 Bytom;
- ❑ e-mailem na adres: adm.psse.bytom@sanepid.gov.pl, wpisując w tytule wiadomości: Oferta - autoklaw;
- ❑ osobiście w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria, parter pokój nr 4.

O zachowaniu terminu decydują data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Przy składaniu pocztą elektroniczną dopuszcza się skan podpisanej oferty albo dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika, należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie.

Do Formularza oferty należy dołączyć dokumentację techniczną i zestawienie ceny, o których mowa w pkt 6 i 7, a także pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zestawienie ceny może być zawarte w Formularzu oferty.

Do zaproszenia załącza się:

- ❑ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert;
- ❑ Formularz oferty - wzór stanowiący Załącznik Nr 7 do Regulaminu;
- ❑ Projekt umowy - Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

Sprawy merytoryczne: Karina Kostoń, tel. 32 397 67 23, email: olpp.psse.bytom@sanepid.gov.pl;

Sprawy formalne: Anna Gabryś, tel. 32 397 66 21, e-mail: adm.psse.bytom@sanepid.gov.pl.

Jolanta Wąsowska
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Bytomiu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-10-29

