Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

Leszno, 2026-11-17

OEA-SA.272.14.2026

Sprawę prowadzi: Sekcja Administracji
+48 41 310 98 88
zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów laboratoryjnych na rok 2027 (ID 1394923)

Szanowni Państwo,

do postepowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 14 – dotyczy części 17 - wzorce - pozycja 26,28,30 i 32

Nie jest możliwe skompletowanie wzorców wyprodukowanych przez tego samego producenta dla pozycji 26, 28, 30 i 32, które spełniałyby wszystkie wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 32 wzorca pH 10,01 ± 0,02 i z terminem przydatności 5 miesięcy zamiast wymaganych pH 10,01 ± 0,01 i terminu przydatności 12 miesięcy? Jeśli nie, czy Zamawiający wykluczy wzorzec z pozycji 26 bądź pozycji 32 z dodatkowego wymagania „Pozycje: 26, 28, 30, 32 dostarczane będą od jednego producenta”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 32 wzorca pH 10,01 ± 0,02 i z terminem przydatności 5 miesięcy i nie wykluczy wzorców z pozycji 26 bądź pozycji 32 z wymagania „Pozycje: 26, 28, 30, 32 dostarczane będą od jednego producenta”.

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Rzeźniczak
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/

ul. Niepodległości 66 |64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006