



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Numer postępowania: ZPO.272.2.26.2026
Olsztyn 30.06.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 170 000 złotych na sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Dot. Części 3, poz. 3 formularza cenowego

1. Czy Zamawiający dopuści filtr z włókna szklanego GF/A lub równoważny, przeznaczony do filtracji zawiesin w wodzie i innych rozpuszczalnikach, o zatrzymywaniu cząstek min. 1,6 μm , grubości min. 260 μm oraz gramaturze 52 g/m^2 zamiast wymaganych 53–55 g/m^2 , przy zachowaniu pozostałych parametrów użytkowych i jakościowych?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie filtra z włókna szklanego GF/A lub równoważnego, przeznaczonego do filtracji zawiesin w wodzie i innych rozpuszczalnikach, o zatrzymywaniu cząstek min. 1,6 μm , grubości min. 260 μm oraz gramaturze 52 g/m^2 zamiast wymaganych 53–55 g/m^2 , przy zachowaniu pozostałych parametrów użytkowych i jakościowych.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 02.07.2026 r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 02.07.2026 r. o godzinie 10:05

Sporządziła: Aneta Szczepińska

Zatwierdza:

Z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie

dr Elwira Stupienko

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
+48 89 524 83 00
adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89978-14535-VFTRG-08