



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

Leszno, 2026-08-31

OEA-SA.272.12.2026

Sprawę prowadzi:	Agnieszka Krauze +48 41 310 98 88 zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl
------------------	---

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na:

Zadanie I - Dostawę dejonizatora laboratoryjnego produkującego wodę klasy czystości I i II oraz ultraczystą zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3696:1999 z wody wodociągowej.

Specyfikacja techniczna:

- system automatycznej recyrkulacji;
- układ automatycznego płukania;
- system komunikatów ostrzegawczych w przypadku konieczności wymiany filtrów;
- sterownik z wyświetlaczem graficznym i klawiaturą;
- system zapewniający kontrolę przepływu powietrza;
- wyposażony w pompę wspomagającą oraz recyrkulacyjną;
- alarm świetlny w obudowie urządzenia – komunikaty w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury, uszkodzenia czujnika przewodności, uszkodzenia pakietu UP;
- lampa UV 185/254 nm;
- wydajność systemu min. 7 l/h;
- max wymiary urządzenia bez zbiornika na wodę: 340 x 450 x 490 mm;
- wyposażony w zestaw filtrów umożliwiających natychmiastowe korzystanie z urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe:

- wylewka pistoletowa z węzłem podłączeniowym;
- zbiornik na wodę o pojemności 10 l;
- gwarancja minimum 24 miesiące, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce;

Wymagania dodatkowe:

- urządzenie musi spełniać wymagania normy ISO 9001;
- urządzenie musi produkować wodę klasy czystości I i II oraz ultraczystą zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3696:1999 z wody wodociągowej;
- dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc.;
- karta gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawiona przez Wykonawcę w formie papierowej;
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;
- certyfikat CE.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać między innymi instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania.

Termin realizacji dla Zadania I:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie II - Dostawę suszarki laboratoryjnej

Specyfikacja techniczna:

- wymiary zewnętrzne max: wysokość 1430 mm, szerokość 1020 mm, głębokość 770 mm;
- pojemność komory min. 424l;
- ilość półek min. 4 sztuki (perforowane wraz z zestawem szyn);
- możliwość regulacji wysokości półek;
- pełne w pełni izolowane drzwi zewnętrzne;
- wnętrze: kwasoodporna stal nierdzewna zgodnie z DIN 1.4301;
- możliwość regulacji otwierania drzwi zewnętrznych w prawą lub lewą stronę;
- otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temperatury;
- wyświetlacz 7", kolorowy panel dotykowy;
- wymuszony obieg powietrza;

Temperatura:

- zakres temperatury pracy od 5°C do 300°C;
- jednorodność temperatury 2,5°C w temperaturze 105°C;
- stabilność temperatury 0,4°C w temperaturze 105°C;
- dokładność ustawień temperatury 0,1°C;
- cyfrowy wyświetlacz temperatury;
- zabezpieczenie temperaturowe 3.1 zgodnie z DIN 12880;
- sygnalizacja awarii;

Parametry użytkowe:

- wyposażenie w system autodiagnostyki przeznaczony do analizy usterek;
- sygnalizacja otwartych drzwi;
- kółka jezdne;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciami elektrycznymi;

- napięcie zasilające 400 V, 40-60 Hz;

Dodatkowe wymagania:

- dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie;
- gwarancja minimum 24 miesiące.

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc.;
- karta gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawiona przez Wykonawcę w formie papierowej;
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;

Termin realizacji dla Zadania II:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie III - Dostawę szafy przeznaczonej do przechowywania żrących, niepalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą TRGS 510 i DGUV-I 213-850 oraz rozporządzeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych

Specyfikacja techniczna:

- wymiary zewnętrzne max: wysokość 196 cm, szerokość 60 cm, głębokość 59,7 cm;
- korpus wykonany z blachy proszkowo malowanej;
- wnętrze z żywicy melaminowej oraz płyt odpornych na korozję;
- wbudowane kanały powietrzne wykonane z materiału pozbawionego metalu;
- drzwi lewostronne zamykane na zamek;
- regulacja w podstawie;
- wie osobne komory;
- 6 wysuwanych półek, z plastikowymi kuwetami o nośności maksymalnej 25 kg każda;

Wymagania dodatkowe:

- urządzenie musi spełniać warunki normy ISO 9001;
- gwarancja minimum 24 miesiące;
- certyfikat GS;
- dostawa wraz z montażem.

Wymagane przy odbiorze:

- pełną dokumentację techniczną urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;

- karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej;
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;
- wymagane certyfikaty.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać między innymi instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania.

Termin realizacji dla Zadania III:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie IV – Dostawę zestawu do filtracji membranowej wody New Microsart® wraz z podajnikiem do filtrów na taśmach i palnikiem PowerJet2

Specyfikacja techniczna:

- zestaw 3x500 ml New Microsart®;
- do filtrów 47/50 mm;
- wykonany ze stali nierdzewnej;
- w zestawie wężyk 20 cm i szybkozłączka;
- podajnik filtrów na taśmach;
- palnik PowerJet2;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagania dodatkowe:

Dla zestawu 3x500 ml New Microsart®:

- pasujący do listwy i lejków firmy Sartorius;
- odporność na sterylizację w autoklawie w temp. 121 °C i wypalanie palnikiem gazowym;
- konstrukcja zaworów i gniazd lejków musi uniemożliwiać zaleganie resztek wody z poprzednich prób, całe medium musi zostać odesane;
- każde stanowisko na listwie musi posiadać osobny, szczelny zawór odcinający;
- możliwość demontażu zestawu w celu umycia i dezynfekcji;
- wewnętrzne powierzchnie lejków, mające kontakt z próbką wody, muszą być gładkie, aby zapobiegać adhezji bakterii;

Podajnik do filtrów membranowych:

- kompatybilny z filtrami o średnicy 47 mm, o konstrukcji pozbawionej trudnodostępnych szczelin, ułatwiającej szybką sanityzację;
- podajnik pasujący do filtrów firmy Millipore (EZHAWG474);
- zasilany sieciowo;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta wraz z jej

- tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej;
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;
- karta gwarancyjna w formie papierowej lub elektronicznej;

Termin realizacji dla Zadania IV:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie V – Dostawę dejonizatora wody do produkcji wody oczyszczonej wykorzystywanej w mikrobiologicznych badaniach wody

Specyfikacja techniczna:

- filtracja sedymentacyjna;
- filtracja adsorpcyjna;
- odwrócona osmoza;
- podwójna wymiana jonowa;
- ultrafiltracja / mikrofiltracja;
- promieniowanie UV 254 nm;
- zasilanie wodą wodociągową;
- wydajność urządzenia – optymalnie 40 l/ h;
- konduktometr o zakresie pomiaru przewodności elektrycznej właściwej 0-9,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- rozdzielczość konduktometru 0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- dokładność pomiaru temperatury 0,1 ° C;
- automatyczna kompensacja temperatury;
- sygnalizacja o przekroczonych parametrach wody;
- rejestracja czasu lampy UV;
- monitoring parametrów i podzespołów;
- dozowanie wody do zewnętrznego, odrębnego zbiornika;
- wyświetlacz LCD, wyświetlający przewodność, temperaturę, datę i godzinę, komunikaty na panelu LED;
- dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi;
- manometr ciśnienia wody zasilającej;
- oprogramowanie w języku polskim;
- wbudowana lampa UV 254nm, zastosowana ultrafiltracja;
- komplet przyłączy;
- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej;
- wyposażony w zestaw filtrów umożliwiających natychmiastowe korzystanie z urządzenia

Wymagania dodatkowe:

- urządzenie przeznaczone do produkcji wody oczyszczonej wykorzystywanej w mikrobiologicznych badaniach wody w tym przygotowywanie pożywek,

- rozcieńczalników i odczynników, mycie szkła mikrobiologicznego. Woda wykorzystywana w autoklawach, łaźniach wodnych, aparacie Kocha itp.;
- wymagania dotyczące wody oczyszczonej zgodnie z I i II klasą czystości wody wg. ISO 3696 oraz spełniające wymogi normy ISO 11133;
 - możliwość samodzielnej wymiany wkładów filtrujących, w tym membrany RO;
 - bez zbiornika;
 - dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie;
 - gwarancja min. 24 miesiące;
 - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce;
 - termin usunięcia awarii do tygodnia od dnia zgłoszenia,
 - montaż urządzenia zastępczego w przypadku awarii nie usuniętej w podanym terminie.

Wymagane przy odbiorze:

- świadectwa wzorcowania konduktometru i termometru wydane przez akredytowane laboratorium
- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej;
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;

Odbiór urządzenia po uprzednim potwierdzeniu jakości uzyskiwanej wody, na podstawie sprawozdania z badań wykonanego w laboratorium Zamawiającego.

Termin realizacji dla Zadania V:

Realizacja **do 11.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie VI – Dostawę wagi precyzyjnej elektronicznej w zestawie ze stołem wagowym antywibracyjnym

Specyfikacja techniczna:

Waga laboratoryjna:

- zakres pomiarowy: obciążenie min. 20 mg, obciążenie max. 600g;
- dokładność odczytu [d]: 0,001 g;
- działka elementarna [e]: 0,01 g;
- II klasa dokładności OIML;
- temperatura pracy od +10 °C do + 40 ° C;
- adiustacja wewnętrzna, automatyczna;
- legalizacja pierwotna;
- system poziomowania manualny;
- wyświetlacz LCD;
- szalka z osłoną, średnica min.125 x 125 mm;
- dodatkowa plastikowa osłona wagi;

Wymagania dodatkowe:

Stół wagowy antywibracyjny:

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, blat z płyty MDF;
- kamienny blat umieszczony pośrodku stołu, dla eliminowania drgań; wymiary min. 25cmx40 cm;
- regulowane nóżki zakończone gumą umożliwiające wypoziomowanie stołu;
- wymiary stołu min.: długość 77cm, szerokość 68 cm, wysokość 85+/-1 cm;

Wymagania dodatkowe:

- legalizacja wagi – II klasa;
- wzorcowanie wagi wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania.

Punkty wzorcowania wagi:

- 0,05 g; 0,1 g; 0,5 g; 1 g; 5 g; 10 g; 50 g; 100 g; 200 g; 500 g.

- instrukcja użycia w języku polskim;
- dostawa, montaż i szkolenie personelu;
- gwarancja minimum 24 miesiące;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski;

Wymagane przy odbiorze:

- karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.
- instrukcja użycia w języku polskim;
- świadectwo wzorcowania wagi oraz dokument potwierdzający legalizację wagi.

Termin realizacji dla Zadania VI:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie VII – Dostawa wagi analitycznej XA 82/220.5Y z przystawką do kalibracji pipet XA100-1 wraz z 2 stołami wagowymi antywibracyjnymi WX-001-0076

Specyfikacja techniczna:

Waga:

- obciążenie maksymalne [Max] 82 / 220 g;
- obciążenie minimalne [Min] 1 mg;
- dokładność odczytu [d] 0,01 / 0,1 mg;
- działka legalizacyjna [e] 1 mg;
- zakres tary -220 g;
- minimalna naważka USP 10 mg;
- minimalna naważka (U=1%, k=2) 1 mg;
- powtarzalność standardowa [5% Max] 0,005 mg;

- powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,012 mg;
- liniowość $\pm 0,06$ / 0,2 mg;
- niecentryczność 0,2 mg;
- stabilność czułości 1×10^{-7} / Rok $\times$ Rt;
- czas stabilizacji 4 s;
- adiustacja wewnętrzna (automatyczna);
- system poziomowania półautomatyczny – LevelSENSING;
- klasa dokładności OIML I;
- wyświetlacz 10" graficzny kolorowy dotykowy;
- drzwi komory ważenia manualne;
- stopień ochrony IP 43;
- elementy zestawu: waga analityczna, szalka, osłona szalki, pierścień centrujący, osłona dolna, pędzelek, pokrowiec, zasilacz sieciowy Interfejs 2 $\times$ USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot;
- zasilanie Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; Max; 15V DC 2,4A; Waga: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W;
- temperatura pracy +10 – +40 °C;
- szybkość zmian temperatury pracy $\pm 0,3$ °C / 1 h (± 1 °C / 8 h);
- wilgotność względna powietrza 20% – 80%;
- szybkość zmian wilgotności względnej powietrza $\pm 1\%$ / h ($\pm 4\%$ / 8 h);
- wymiary komory ważenia 168 $\times$ 160 $\times$ 228 mm, wymiar szalki $\varnothing 90$ mm ażurowa + $\varnothing 85$ mm (opcja) + $\varnothing 68$ mm (opcja) z przystawką XA100-1 + $\varnothing 36$ mm (opcja) z przystawką XA17-1;

Stół antywibracyjny do wagi laboratoryjnej – 2 szt.

- konstrukcja Stal malowana proszkowo St3S;
- wymiary max 770 mm x 680mm x 815mm ± 10 mm;

Wymagania dodatkowe:

- wzorcowanie wagi w punktach: 0,1 mg, 0,2 g, 1 g, 2 g, 9 g, 10 g;
- świadectwo wzorcowania posiadające wyniki wzorcowania wraz z niepewnością pomiaru -wydane przez laboratorium akredytowane przez PCA, CMC $\leq 0,1$;
- informacje, które powinny być zawarte w świadectwie wzorcowania – zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025;
- laboratorium wzorcujące musi posiadać akredytację zgodnie z PN-EN ISO 17025:2018-02;
- gwarancja minimum 24 miesiące;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski;
- dostawa, montaż i szkolenie personelu;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej;

- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;

Termin realizacji dla Zadania VII:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie VIII – Dostawa ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza Binder BF260 wraz z usługą wzorcowania w temperaturze 44 °C

Specyfikacja techniczna:

- zakres temperatury +7 °C powyżej temperatury otoczenia do 100 °C;
- przestrzenna zmienność temperatury przy 100 °C: 1,2 +/- K
- przestrzenna zmienność temperatury przy 37 °C: 0,2 +/- K
- fluktuacja temperatury przy 100 °C: 0,3 +/- K
- fluktuacja temperatury przy 37 °C: 0,1 +/- K
- drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG)
- 2 chromowane półki druciane
- czas nagrzewania do 100 °C: 30 min
- czas nagrzewania do 37 °C: 7 min
- czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C: 3 min
- pojemność wnętrza 257 l
- wymiary wewnętrzne: 650 x 780 x 510 mm (szer. x wys. x gł.)
- wymiary obudowy bez wyposażenia i przyłączy: 810 x 845 x 760 mm (szer. x wys. x gł.)
- konwekcja wymuszona

Wymagania dodatkowe:

- wzorcowanie urządzenia w temperaturze (44±0,5) °C;
- laboratorium wzorcujące musi posiadać akredytację zgodnie z PN-EN ISO 17025:2018-02;
- świadectwo wzorcowania musi posiadać wyniki wzorcowania wraz z niepewnością pomiaru, $CMC \leq 0,1$;
- dostawa i montaż urządzenia;
- gwarancja minimum 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej;
- wymagane świadectwo wzorcowania dla urządzenia;
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

Termin realizacji dla Zadania VIII:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Zadanie IX – Dostawa szafy termostatycznej ST 4 C SMART, model COMFORT wraz z usługą wzorcowania w temperaturze 22 °C**Specyfikacja techniczna:**

- sterownik SMART,
- obudowa z blachy malowanej proszkowo;
- wnętrze urządzenia ze stali nierdzewnej;
- drzwi zewnętrzne pełne;
- zakres temperatur od +3 °C do +40 °C;
- wymuszony obieg powietrza;
- pojemność całkowita komory od 250 do 259 litrów;
- 4 półki druciane INOX;
- otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia;
- regulacja temperatury co 0,1 °C;
- stabilność temperatury w 22°C nie gorsza niż $\pm 0,5$ °C;
- jednorodność temperatury w 22°C nie gorsza niż ± 1 °C;
- wymiary zewnętrzne urządzenia: max. (610 x 1300 x 650) mm (szer. x wys. x gł.);

Wymagania dodatkowe:

- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;
- wzorcowanie urządzenia w temperaturze 22 °C;
- Laboratorium wzorcujące posiadające akredytację zgodnie z PN-EN ISO 17025:2018-02;
- świadectwo wzorcowania posiadające wyniki wzorcowania wraz z niepewnością pomiaru, $CMC \leq 0,1$;
- dostawa i montaż urządzenia;
- gwarancja minimum 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna (od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej;
- wymagane świadectwo wzorcowania dla urządzenia;
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

Termin realizacji dla Zadania IX:

Realizacja **do 18.12.2026 r.**

Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie zadania z niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena ofert:

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %.

Warunki płatności:

Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 tj.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego;
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2026 r. do godziny 9:00 na wypełnionym formularzu ofertowym - **Załącznik 2 – Formularz ofertowy**, podpisanym pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć:

- specyfikację techniczną (np. karty katalogowe, foldery, prospekty itp.) potwierdzająca spełnienie wymagań opisanych w treści niniejszego zapytania;
- wypełnione i popisane przez osobę uprawnioną oświadczenie w zakresie: przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego - **Załącznik 3 – Oświadczenie PWAŃU**;

Ofertę wraz załącznikami należy przestać na adres e-mail:

zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl

W przypadku gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub/i wraz z ofertą nie opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednego lub więcej dokumentów, które zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego powinny zostać złożone w tej formie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia braku formalnego poprzez złożenie prawidłowo podpisanego dokumentu lub dokumentów w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie dokumentów nie może prowadzić do zmiany treści oferty ani naruszać zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty, o ile obowiązujące przepisy lub wytyczne nie stanowią inaczej. Zamawiający odrzuci oferty, które nie spełniają wymogów Zamawiającego opisanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą 60 dni od dnia złożenia oferty.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia i/lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Rzeźniczak

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Wzór umowy
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie PWAAnU
4. Klauzula informacyjna RODO