



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Sekcja Administracyjno- Techniczna

AT.272.4.2026.AW

Piotrków Tryb. dnia 21 sierpnia 2026r.

Uczestnicy postępowania

-wszyscy-

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem chromatografu gazowego z oprogramowaniem sterującym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2026 poz.793 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi zapytaniem, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga chromatografu gazowego z jednym dozownikiem typu split/splitless.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chromatograf gazowy ma być wyposażony w jeden dozownik typu Split/Splitless oraz jeden detektor wychwytu elektronów (ECD). Urządzenie musi być jednak systemem modułowym, który pozwoli na dokupienie i montaż drugiego dozownika oraz drugiego detektora w przyszłości.

Pytanie 2

Czy automatyczny podajnik (autosampler) próbek 13-pozycyjny, w tym 8 pozycji na próbki, 4 na rozpuszczalniki i 1 na ścieki spełni oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że automatyczny podajnik próbek (autosampler) ma posiadać pojemność na minimum 50 próbek. Wymagana pojemność ma być zapewniona bez konieczności stosowania dodatkowych, zewnętrznych tac lub modułów rozszerzających.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby dozownik typu split/splitless zapewniał minimalną rozdzielczość wartości zadanej ciśnienia na poziomie 0,01 kPa (0,001 psi) w całym zakresie 0–150 psi? Parametr ten ma istotne znaczenie w chromatografii gazowej, ponieważ



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
Aleja 3 Maja 8 | 97-300 Piotrków Trybunalski
+48 44 646 52 68
sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń : AE:PL-30677-81952-AGGAR-18

umożliwia precyzyjne ustawienie warunków pracy układu i wpływa na powtarzalność czasów retencji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że układ elektronicznej kontroli pneumatyki (EPC) dozownika typu Split/Splitless ma zapewniać rozdzielczość nastawy wartości zadanej na poziomie 0,001 psi w zakresie ciśnienia od 0 do 100 psi, który jest dla Zamawiającego wystarczający.

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert upływa w dniu 02.09.2026 o godzinie 09:00.

Agnieszka Skoczylas
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
/dokument podpisany elektronicznie/