

Nazwa laboratorium / adres / Laboratorium:
EcoCentrum Elżbieta Wolny ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
(Laboratorium zlokalizowane na terenie Wrocławskiego Parku
Technologicznego w budynku GAMMA)

NR_AKREDYTACJI: AB 1343
Data wydania aktualnego zakresu akredytacji: 19.06.2024

TABELA NR 1

Właściciel laboratorium / adres /
Elżbieta Wolny/ 54-406 Wrocław, ul. Grecka 58C

L.p.	PARAMETR / WSKAŹNIK	NORMA/ METODA BADAŃ	ZAKRES BADAWCZY	A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany	Zgodność metody badań z wymaganiami określonymi w zał. nr 6 (TAK / NIE)	ZAKRES ZATWIERDZONY	NR DECYZJI ZATWIERDZENIA	DATA ZATWIERDZENIA/ DATA WAŻNOŚCI	Uwagi
1.	pH	PN-EN ISO 10523:2012 metoda potencjometryczna	4,0-10,0	A	TAK	4,0-10,0	984 / 25	10.02.2025 / 27.02.2026	
2.	przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 metoda konduktometryczna	100-13000 µS/cm	A	TAK	100-13000 µS/cm	984 / 25	10.02.2025 / 27.02.2026	
3.	chlor wolny	PB-06-03 z dnia 02.01.2020 metoda kolorymetryczna	0,02-8,0 mg/l	A	TAK	0,02-8,0 mg/l	984 / 25	10.02.2025 / 27.02.2026	