

WYKAZ ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

LP	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	ilość	Wartość inwentarzowa	Rok produkcji/zakupu	Miejsce użytkowania	Stopień zużycia	Wartość rynkowa	Stan techniczny opis
1	Spektrofotometr CARY	ST.01.802.71.1.1	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Aparat przestarzały, nieprzydatny do badań. ZBĘDNY
2	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Versalink C405 DN MFP	W.02.487.14.1185	1	0,00	2018	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt wyeksploatowany. Urządzenie nie zdolne do użytku. Stwierdzono przez serwis, brak możliwości naprawy. ZUŻYTE
3	Jednostka centralna	ST.01.491.11.84	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Jednostka do sterowania aparatem, sprzęt zepsuty, brak możliwości wgrania nowego oprogramowania. ZUŻYTA
4	Szalka Pertiego-80x15mm: 2952 szt. (naczynie laboratoryjne w kształcie okrągłej podstawki o szerokim, płaskim dnie i niskich ścianach bocznych, wykonane ze szkła lub przezroczystych tworzyw sztucznych)	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Szalki nieużywane od lat. ZBĘDNA

5	Szalka Pertiego- 90x15mm: 648 szt.	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Szalki nieużywane od lat. ZBĘDNA
6	Butelka szklana z korkiem 1000 ml: 169 szt.	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Butelki nieużywane od lat. ZBĘDNA
7	Butelka plastikowa 250 ml: 600szt.	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Butelki nieużywane od lat. ZBĘDNA
8	Cieplarka WTB Binder ED-53	St.01.801.74.1.3	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Cieplarka niesprawną, nie utrzymuje temperatury. ZUŻYTA