

INFORMACJE DODATKOWE DO PRZETARGU							
LP	<p>PLIKI ŚWIADECTW WZORCOWANIA NALEŻY DOSTARCZYĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. W PRZYPADKU GDY PLIK NIE JEST ZATWIERDZONY PODPISEM ELEKTRONICZNYM DOSTARCZYĆ TAKŻE ORYGINAŁY. KAŻDE ŚWIADECTWO MUSI BYĆ OSOBNYM PLIKIEM ELEKTRONICZNYM. W NAZWIE PLIKU NALEŻY ZAWRZEĆ NR ŚWIADECTWA ORAZ NUMER PORZĄDKOWY WYPOSAŻENIA.</p>						
	<p>WZORCOWANIE WYPOSAŻENIA PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z METODYKĄ ZATWIERDZONĄ PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (PCA), W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM. SPÓJNOŚĆ POMIAROWA WYNIKÓW POWINNA BYĆ POTWIERDZONA W ŚWIADECTWIE WZORCOWANIA, ZGODNIE Z POROZUMIENIEM EA MLA, Z JEDNOSTKAMI MIAR MIĘDZYNARODOWEGO UKŁADU JEDNOSTEK MIAR (SI).</p>						
I -- Zespół Mieszanek Mineralno-Asfaltowych							
	Producent i typ prasy	NUMER PORZĄDKOWY	Lokalizacja (nr pokoju)	Klasa prasy	Numer fabryczny/seryjny	Zakres nacisku	Dokładność
01	Prasa Marshall S215PA231 MATEST czujnik siły (wzorcowanie z czujnikiem przemieszczenia) sprawdzenie zewnętrzne lub wzorcowanie prędkości przyrostu siły obciążającej	B-I-2608/W	5	-	głowica nr: S337-34/BD/0002	50 kN	0,01 kN
02	Prasa Marshall S215*2*02 czujnik siły (wzorcowanie z czujnikiem przemieszczenia) sprawdzenie zewnętrzne lub wzorcowanie prędkości przyrostu siły obciążającej	B-I-0188/W	31	-	głowica nr: TC K5M CS 02150030	50 kN	0,01 kN
03	IPC Global, UTM 100 czujnik siły (z wzorcowaniem 3czujnik przemieszczenia)	B-I-0477/W	5	-	50730207 1174006	5kN 100kN	-
04	Koleinomierz Baustoff Prufsysteme Weeigsen, typ SGB2008, obciążenie grawitacyjne + czujniki przemieszczenia (2 stanowiska)	B-I-0091/W	04	-	201141	675 N	±10 N
osoba do uzgodnień - p. Marcin Błażejczak							
II -- Zespół Betonu i Materiałów Wiążących							
	Producent i typ prasy	NUMER PORZĄDKOWY	Lokalizacja (nr pokoju)	Klasa prasy	Numer fabryczny/seryjny	Zakres nacisku	Dokładność
05	Prasa Walter Bai AG DB 3000/100+DB200/15 (*) Wymiana oleju hydraulicznego przed wzorcowaniem sprawdzenie zewnętrzne lub wzorcowanie prędkości przyrostu siły obciążającej	C-I-0009/W	8	KLASA 1	K21313	0-3000kN 0-200kN 0-100kN 0-15kN	0,1kN dla 3000kN 0,1kN dla 200 kN 0,1kN dla 100kN 0,01kN dla 15kN
06	Prasa Walter Bai AG DBZ 200 Wymiana oleju hydraulicznego przed wzorcowaniem	C-I-0010/W	400	-	K21331	0,2-40kN 0-200kN	0,001kN dla 40kN 0,01 dla 200kN
(*) wzorcowanie wg PN-EN 12390-4 wraz z zakwalifikowaniem klasy maszyny							
osoba do uzgodnień - p. Jacek Nowak							
LP	IV -- Zespół Gruntów i Geotechniki						
	Producent i typ prasy	NUMER PORZĄDKOWY	Lokalizacja (nr pokoju)	Klasa prasy	Numer fabryczny/seryjny	Zakres nacisku	Dokładność
07	Prasa hydrauliczna C-24 Controls sprawdzenie zewnętrzne lub wzorcowanie prędkości przyrostu siły obciążającej	G-I-1672/W	52	-	91102564	0-200 kN	0,01 kN
08	Aparat VSS 10 T płytowy Infratest (pompa). ZESTAW III	G-I-0310/W	303	-	841202031	0-55 MPa	0,01 MPa
09	Aparat VSS, VSS-1p-000. ZESTAW IV	G-I-2075/W		-	7752	0-55 MPa	0,01 MPa
10	Aparat VSS. TOROPOL, G004 ZESTAW V.	G-I-2354/W	52	-	170122120113	0-55 MPa	0,01 MPa
osoba do uzgodnień - p. Malwina Staszak							
V -- Zespół Kruszyw							
	Producent i typ prasy	NUMER PORZĄDKOWY	Lokalizacja (nr pokoju)	Klasa prasy	Numer fabryczny/seryjny	Zakres nacisku	Dokładność
11	Prasa Marshalla S205P110/AZ/0006	K-I-2379/W	501	-	głowica nr fab. 96098	50 kN	0,001 kN
osoba do uzgodnień - p. Anna Łukomska							
VI -- Zespół Badań Chemicznych							
	Producent i typ prasy	NUMER PORZĄDKOWY	Lokalizacja (nr pokoju)	Klasa	Numer fabryczny/seryjny	Zakres	Dokładność
12	Strassentest, duktylometr siłomierz - wzorcowanie siły rozciągania (z przemieszczeniem)	H-I-0793/W	28	C3	112311	300 N	0,1 N
osoba do uzgodnień - p. Artur Wilmański							