




Minister Zdrowia

DBR.055.57.2025.AF
Warszawa, 17 października 2025



działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 sierpnia br., w sprawie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w czujniki jakości powietrza, niniejszym przedkładam **zawiadomienie o sposobie jej rozpatrzenia.**

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. poz. 91 ze zm.) zespół ratownictwa medycznego (ZRM) jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wymogi dotyczące wyposażenia określone są natomiast przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 237) oraz w zarządzeniu nr 179/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.11.2020 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Ww. przepisy określają minimalne wymagania techniczne oraz listę wyposażenia ambulansu wykorzystywanego przez zespoły ratownictwa medycznego, które są niezbędne do udzielania medycznych czynności ratunkowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującego. Wyposażenie ZRM w czujniki jakości powietrza atmosferycznego wykrywające cząsteczki PM 1, PM 2.5, PM 5, PM 10 w celu kalkulowania ich wpływu na stan pacjenta oraz podejmowania na tej podstawie decyzji co do rodzaju wykonywanych medycznych czynności ratunkowych wobec pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie ma klinicznego znaczenia. Obecnie ZRM wyposażone są w czujniki tlenku węgla, który jest przydatny jako wyposażenie ostrzegające przed zagrożeniem. Ponadto na podstawie odczytów z tego urządzenia członkowie ZRM otrzymują również informację o tym, że stan pacjenta może być związany z przebywaniem w środowisku z podwyższonym stężeniem CO.

Reasumując, **przekazana przez [REDACTED] petycja nie znajduje uzasadnienia i Ministerstwo Zdrowia nie może jej uwzględnić.**

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Agnieszka Tuderek-Kuleta
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/