

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Postępowanie: L-1.271.43.2026

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 10 sztuk plecaków ratowniczych PSP R1 zgodnych ze standardem wyposażenia KSRG 2021” z dostawą do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie – Lubieszyn 10H, 72-002 Wąwelnica

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści zaproszenia do złożenia oferty oraz dokumentacji postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający w OPZ wymaga dostarczenia plecaka, jednocześnie dopuszczając rozwiązania równoważne oraz powołując się na załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne torbę medyczną z funkcją plecaka, wyposażoną w system nośny umożliwiający transport na plecach, przeznaczoną do kompletacji i transportu zestawu R1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa plecaków ratowniczych PSP R1 zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania. Zamawiający wymaga rozwiązania konstrukcyjnie przeznaczonego do transportu wyposażenia medycznego na plecach, wyposażonego w system nośny właściwy dla plecaka, w tym szelki oraz pas biodrowy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Zamawiający posiada już w swoich zasobach torby R1 wraz z wyposażeniem. Celem obecnego zamówienia jest uzupełnienie posiadanych zasobów o zestawy w formie plecaków, zapewniających odmienny sposób transportu wyposażenia, w szczególności podczas przemieszczania się w terenie.

W związku z powyższym torba medyczna wyposażona dodatkowo w funkcję przenoszenia na plecach nie spełnia potrzeb Zamawiającego określonych dla niniejszego postępowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby stazy taktyczne wchodzące w skład zestawu posiadały rekomendację Komitetu TCCC/CoTCCC, tj. były rekomendowane do stosowania w działaniach taktycznych i ratowniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby oferowane opaski zaciskowe (stazy taktyczne) posiadały rekomendację Komitetu TCCC/CoTCCC.

Oferowane opaski zaciskowe muszą spełniać wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej, w szczególności dotyczące konstrukcji, szerokości taśmy, możliwości zapisania czasu założenia, zabezpieczenia przed

przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, płynnej regulacji naciągu oraz możliwości założenia jedną ręką.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunki na oparzenia wchodzące w skład zestawu były przeznaczone do stosowania przy wszystkich rodzajach lub stopniach oparzeń, czy dopuszcza opatrunki przeznaczone wyłącznie do oparzeń I i II stopnia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymagania dotyczącego przeznaczenia opatrunków hydrożelowych do określonych stopni oparzeń ponad wymagania wskazane w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej.

Oferowane opatrunki hydrożelowe muszą spełniać wymagania dotyczące rodzaju, właściwości, wymiarów i ilości określone w dokumentacji postępowania oraz być stosowane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści, zamiast deklaracji zgodności CE dla całego zestawu Plecak R1, oświadczenie podmiotu zestawiającego system lub zestaw zabiegowy zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz potwierdzenie spełnienia właściwych obowiązków rejestracyjnych, jeżeli dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i zmienia pkt 6 ppkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dotychczasowy zapis:

„deklarację zgodności CE”

otrzymuje brzmienie:

„deklarację zgodności UE – jeżeli dotyczy – albo, w przypadku oferowania systemu lub zestawu zabiegowego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, oświadczenie podmiotu zestawiającego sporządzone zgodnie z art. 22 tego rozporządzenia oraz dokumenty lub informacje potwierdzające spełnienie właściwych obowiązków rejestracyjnych, jeżeli dotyczą oferowanego przedmiotu zamówienia.”

Pytanie 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg oznakowania CE dotyczy wyrobów medycznych wchodzących w skład zestawu, a nie zestawu Plecak R1 jako całości?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i wyjaśnia, że wymóg oznakowania CE dotyczy poszczególnych wyrobów medycznych wchodzących w skład zestawu, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają one takiemu oznakowaniu.

Zamawiający nie wymaga odrębnego oznakowania CE zestawu Plecak R1 jako całości, jeżeli oferowany zestaw jest systemem lub zestawem zabiegowym w rozumieniu art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 i spełnia warunki określone w tym przepisie.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiedni zapis pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dotychczasowy zapis:

„spełniać wymagania właściwych dyrektyw UE oraz posiadać wymagane oznakowanie CE”

otrzymuje brzmienie:

„Wyroby medyczne wchodzące w skład zestawu muszą posiadać oznakowanie CE, jeżeli jest ono wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie wymaga odrębnego oznakowania CE zestawu Plecak R1 jako całości, jeżeli oferowany zestaw jest systemem lub zestawem zabiegowym w rozumieniu art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 i spełnia warunki określone w tym przepisie.”

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga plecaka zgodnego ze standardem KSRG 2021. W chwili obecnej obowiązuje już standard KSRG 2026.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk plecaków ratowniczych PSP R1 zgodnych ze standardem wyposażenia KSRG 2021, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania.

Zamawiający nie zmienia wymaganego standardu wyposażenia na standard KSRG 2026.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga dostawy noszy podbierakowych, deski ortopedycznej oraz zestawu szyn Kramera?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje noszy podbierakowych, deski ortopedycznej ani zestawu szyn Kramera.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie wskazane w dokumentacji postępowania, w szczególności w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

W zakresie wskazanym w odpowiedziach na pytania nr 4 i 5 Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pozostałe postanowienia dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

