



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.5.2025

Piotrków Tryb. dnia 10 marca 2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) II

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na zakup i dostawę autoklawu laboratoryjnego, wagi analitycznej oraz urządzenia chłodniczego- chłodziarki farmaceutycznej wraz z wniesieniem na wskazane miejsce do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy postępowania -wszyscy-

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), w związku z otrzymanymi zapytaniami, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pakiet A- autoklaw laboratoryjny

Pytanie 1

Proszę o informację czy wymagana jest pompa próżniowa w celu odgazowania wsadu jeżeli wsady z materiałem zakaźnym byłyby sterylizowane w workach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga pompy próżniowej.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć zapis: "drzwi otwierane automatycznie" - czy oznacza to automatyczne zwolnienie blokady drzwi autoklawu przez elektrozawór?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis „drzwi otwierane automatyczne” oznacza automatyczne zwolnienie blokady drzwi autoklawu przez elektrozawór.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 12.03.2025 roku o godzinie 9:00.

Elżbieta Dobrzyńska
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
/dokument podpisany elektronicznie/