

Nazwa laboratorium / adres / Ekolabos Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych / ul. Duńska 9, Bud. Delta, 54-427 Wrocław					TABELA NR 1				
NR_AKREDYTACJI: NIEAKREDYTOWANE									
Właściciel laboratorium / adres / Ekolabos Sp. z o.o. / Piotr Bezlada / ul. Duńska 9, Bud. Delta, 54-427 Wrocław NIP: 8943061284									
L.p.	PARAMETR / WSKAŹNIK	NORMA/ METODA BADAŃ	ZAKRES BADAWCZY	A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany	Zgodność metody badań z wymaganiami określonymi w zał. nr 6 (TAK / NIE)	ZAKRES ZATWIERDZONY	NR DECYZJI ZATWIERDZENIA	DATA ZATWIERDZENIA/ DATA WAŻNOŚCI	Uwagi
1	pH	PN-EN ISO 10523:2012	od 2 do 12	N	TAK	od 2 do 12	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
2	przewodność	PN-EN 27888:1999	100-10000 µS/cm	N	TAK	100-100000 µS/cm	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
3	mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,1-100,0 NTU	N	TAK	0,1-100,0 NTU	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
4	chlorki	PBW 75 wydanie 1 z dnia 10.08.2020	10-2500 mg/l	N	TAK	-	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
5	siarczany	PBW 37 wydanie 1 z dnia 10.11.2015	3-300 mg/l	N	TAK	3-300 mg/l	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
6	azotany	PBW 16 wydanie 3 z dnia 10.08.2020	3,5-800 mg/l	N	TAK	-	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
7	azotyny	PBW 03 wydanie 3 z dnia 10.08.2020	0,010-6,500 mg/l	N	TAK	-	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
8	jon amonowy	PBW 01 wydanie 4 z dnia 10.08.2020	0,021-5,120 mg/l	N	TAK	-	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
9	magnez	PN-C-04554-4:1999 zał.A	0,2-193,2 mg/l	N	TAK	0,2-193,2 mg/l	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
10	wapń	PN-ISO 6058:1999	2,0-320,6 mg/l	N	* cechy charakterystyczne dotyczą metody (brak NDS w Rozporządzeniu)	2,0-320,6 mg/l	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
11	twardość	PN-ISO 6059:1999	5-800 mg CaCO3/l	N	TAK	5-800 mg CaCO3/l	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
12	żelazo ogólne	PBW 05 wydanie 3 z dnia 10.08.2020	0,020-50,000 mg/l	N	TAK	-	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
13	mangan	PBW 04 wydanie 3 z dnia 10.08.2020	0,010-20,000 mg/l	N	TAK	-	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	NA
14	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h	PN-EN ISO 6222:2004	od 1 jtk/1ml	N	TAK	od 1 jtk/1ml	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	
15	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h	PN-EN ISO 6222:2004	od 1 jtk/1ml	N	TAK	od 1 jtk/1ml	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	
16	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	od 1 jtk/100ml	N	TAK	od 1 jtk/100ml	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	
17	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	od 1 jtk/100ml	N	TAK	od 1 jtk/100ml	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	
18	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	od 1 jtk/100ml	N	TAK	od 1 jtk/100ml	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	
19	Clostridium perfringens	PN-EN ISO 14189:2016-10	od 1 jtk/100ml	N	TAK	-	4686/20	30.10.2020 / 28.10.2021	