



Kraków, dnia 16 lipca 2026 r.

AG.240.10.2026

**Wyjaśnienia treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację
chromatografu cieczowego HPLC z detektorem MS**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793.) uprzejmie informuję, iż w dniu 15 lipca 2026 r., do Zamawiającego - Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie:

dotyczy Załącznika nr 2, Specyfikacja techniczna sprzętu LC-MS/MS Ad 7 Zestaw komputerowy

- Obudowa zapewniająca pracę z poziomem hałasu < 30 dB

Poziom hałasu komputera uzależniony jest od chwilowego obciążenia procesora, czy Zamawiający dopuszcza komputer z obudową zapewniającą poziom hałasu nie wyższy niż 30db przy obciążeniu procesora na poziomie 50% ?

Odpowiedź:

Nie.

Jeżeli ma on poziom hałasu 30 dB to już się nie kwalifikuje.

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Dariusz Zuba

*Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*