

|                                                                                                                     |                                                       |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <br><b>PSSE</b><br><b>OLEŚNICA</b> | <b>INSTRUKCJA OGÓLNA ODDZIAŁU<br/>LABORATORYJNEGO</b> | Strona / stron | 1 z 1         |
|                                                                                                                     |                                                       | Data wydania   | 02.01.2020 r. |
|                                                                                                                     | <b>OCENA STANU PRÓBEK</b>                             | Nr wydania     | 06            |
|                                                                                                                     | <b>IM-02/PM-09</b>                                    | Nr egzemplarza | 01            |

### 1. Cel instrukcji.

Celem instrukcji jest prawidłowa ocena próbek w chwili ich przyjęcia do Laboratorium Mikrobiologii.

### 2. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji.

Instrukcja dotyczy oceny stanu próbek do badań mikrobiologicznych. Instrukcja obowiązuje w Laboratorium Mikrobiologii w PSSE w Oleśnicy.

### 3. Odpowiedzialność.

**3.1.** Instrukcję zatwierdza Dyrektor PSSE w Oleśnicy, zarządza Kierownik Oddziału Laboratoryjnego.

**3.2.** Za rozpowszechnianie i nadzorowanie prawidłowości realizacji działań objętych procedurą odpowiada Kierownik Oddziału Laboratoryjnego.

**3.3.** Za stosowanie procedury odpowiada każdy kogo ona dotyczy.

### 4. Terminy i definicje:

Brak

### 5. Tryb postępowania:

#### 5.1. Ocena dokumentacji próbek.

**5.1.1.** Każda próbka przyjęta do badań powinna posiadać skierowanie do badań, zlecenie, protokół pobrania lub inne dokumenty przekazania próbki.

**5.1.2.** W punkcie przyjęć próbek i w laboratorium należy sprawdzić zgodność opisu próbki z dołączoną dokumentacją (np. skierowaniem) oraz datę pobrania próbki.

#### 5.2. Właściwa ocena próbki.

| Rodzaj próbki                                           | Ocena pozytywna                                                                                                                | Ocena negatywna                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kał do badań bakteriologicznych                         | Próbka wielkości dużego orzecha laskowego z ewentualną domieszką krwi lub ropy.<br>Przy stolcach płynnych objętość próbki 3 ml | - brak lub znikoma ilość                                                                     |
| Wymaz z odbytu do badań bakteriologicznych              | Wacik ze śladem kału                                                                                                           | - brak śladu kału na waciku                                                                  |
| Wskaźniki biologiczne skuteczności procesu sterylizacji | Opakowanie nieuszkodzone                                                                                                       | - uszkodzone opakowanie<br>- brak wskaźnika biologicznego w opakowaniu<br>- spalony wskaźnik |

Uwaga! Jeżeli w trakcie badania próbka okaże się nie spełniać wymagań, należy ten fakt ująć w raporcie z badania z adnotacją o wycofaniu próbki oraz o konieczności ponownego dostarczenia próbki do badań.

### 6. Dokumenty związane.

Brak

### 7. Wykaz załączników.

Brak