

Nazwa laboratorium / adres Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny, ul. Grecka 58C, 54-406 Wrocław
NR_AKREDYTACJI: AB 1343
Właściciel laboratorium / adres / ECOCENTRUM Elżbieta Wolny, ul. Grecka 58C, 54-406 Wrocław

TABELA NR 1

L.p.	PARAMETR / WSKAŹNIK	NORMA/ METODA BADAŃ	ZAKRES BADAWCZY	A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany	Zgodność metody badań z wymaganiami określonymi w zał. nr 6 (TAK/NIE)	ZAKRES ZATWIERDZONY	NR DECYZJI ZATWIERDZENIA	DATA ZATWIERDZENIA/ DATA WAŻNOŚCI	Uwagi
1	pH	PN-EN ISO 10523:2012 metoda potencjometryczna	4,00-10,00	A	TAK	4,00 - 10,00	785/21	25-02-2021 / 25-02-2022	
2	przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 metoda konduktometryczna (w 25 °C)	100-13000 µS/cm	A	TAK	100 - 13000 µS/cm (w 25 °C)	785/21	25-02-2021 / 25-02-2022	
3	chlor wolny	PB-06-02 z dnia 30.01.2018 metoda kolorymetryczna	0,2-8,0 mg/l	A	TAK	0,2 - 8,0 mg/l	785/21	25-02-2021 / 25-02-2022	