



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

Kalisz, 17.09.2026 r.

OEA-ST.272.5.5.2026

Sprawę prowadzi:	Filip Dulnik +48 62 76 77 631; +48 796 767 001 filip.dulnik@sanepid.gov.pl
---------------------	--

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu zamierza nabyć sprzęt laboratoryjny, jako Zamawiający zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na:

ZADANIE IX – dostawa 24-stanowiskowego ręcznego zestawu do ekstrakcji BAKER SPE24G

Specyfikacja techniczna:

- komora próżniowa ze szkła o wymiarach max. (DxWxS) 295 x 168 x 97 mm;
- pokrywa ze wzmocnionego nylonu o grubości min. 20 mm z 24 króćcami z uszczelką ze spienionego tworzywa PE;
- igły ze stali szlachetnej ze złączami z tworzywa PP opakowanie minimum 24 szt.;
- zawór regulujący podciśnienie z wakuometrem kontrolnym (regulacja próżni 0-100 kPa; przyłącze próżni 1/3");
- statyw z tworzywa PP na odbieralniki eluatu - min. 3 półki różnej wielkości (1 półka posiadająca otwory o średnicy 13 mm; 1 półka posiadająca otwory o średnicy 17 mm; 1 półka z 24 dołkami wraz z zaciskami do podtrzymywania półek);
- statyw o średnicy pasującej do probówek typu falkon 15 ml - 1 szt.;
- korki do zamykania otworów zapewniające utrzymanie warunków próżni min. wielkość opakowania 24 szt.;
- zawory z polipropylenu do systemu SPE, do rezerwuarów, filtrów i kolumnienek SPE min. wielkość opakowania 24 szt.;
- zawory metalowe z elementami uszczelniającymi wykonanymi z materiału odpornego chemicznie min. wielkość opakowania 24 szt.;

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa próżniowa membranowa:
przepływ (max.): 16 l/min; próżnia końcowa (max.): 20 mbar;
membrana pokryta PTFE do agresywnych/korozyjnych gazów i par;
IP 20; 230V/ 50Hz;
ciśnienie (max.) 0,5 bar;
waga max. 3,95 kg
- kompatybilna z systemem SPE kolba ssawkowa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

do zbierania matrycy o pojemności 5l z elementami do podłączenia systemu z próżnią (kolba próżniowa z korkiem gumowym i rurką szklaną; wąż gumowy czerwony 2 mb; wąż próżniowy silikonowy 2 mb);

- kolumnienki SPE dedykowane do zateżniania związków PFAS, WAX 500 mg, 6 ml – min. wielkość opakowania 30 szt. – min. 5 opakowań ;

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie personelu z obsługi urządzenia;
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia;
- podpisanie protokołu odbioru urządzenia po uprzednim potwierdzeniu sprawności;
- autoryzowany serwis w Polsce (wymagany dokument autoryzacji producenta);
- montaż urządzenia zastępczego w przypadku nie usunięcia awarii w terminie;
- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;
- certyfikat CE;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (lub w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem), w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna wystawiona w formie papierowej (obowiązująca nie wcześniej niż od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego);
- instrukcja urządzenia w języku polskim;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA II:

do dnia **27 listopada 2026 r.**

dostawa do siedziby Zamawiającego tj.:

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6

Sekcja Badania Wody (III piętro – bez windy)

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA POJEDYNCZE LUB WSZYSTKIE ZADANIA

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego **przelewem w terminie 30 dni**

kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego są:

Paulina Górską, tel. 785 103 061, e-mail: paulina.gorska@sanepid.gov.pl;

Maria Wiśniewska, tel. 785 102 973, e-mail: maria.wisniewska@sanepid.gov.pl;

Filip Dulnik, tel. 796 767 001, e-mail: administracja.psse.kalisz@sanepid.gov.pl.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

- karty katalogowe, foldery, prospekty – opis techniczny zaoferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego;
- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni od dnia złożenia oferty

OCENA OFERT:

Kryterium wyboru oferty - cena 100%

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę „OFERTA na dostawę sprzętu laboratoryjnego – OEA-ST.272.5.5.2026”

wraz z załącznikami należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć do dnia **28 września 2026 r. do godz. 09:00**

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl**
lub na adres e-Doręczeń: **AE:PL-56543-50262-JCVUB-20**.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia i/lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego postępowanie może zostać umorzone lub zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Z wyrazami szacunku

Anna Napierała

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. formularz oferty
2. wzór umowy
3. informacja RODO
4. oświadczenie PWAAnU