



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

Piła, 12.10.2026 r.

OEA-A.2601.266.2026

Sprawę prowadzi:	Hanna Kozera +48 67 349 7132 hanna.kozera@sanepid.gov.pl
------------------	--

ZAPYTANIE CENOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile zwraca się o przygotowanie oferty cenowej na dygestorium z silnikiem i instalacją.

W cenie ofertowej należy uwzględnić demontaż bez utylizacji Dygestorium ze stali rok produkcji 2004, dostawę, montaż i uruchomienie, na własny koszt, fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych Dygestorium Q-Optimal DSL-15.00 LM SM na potrzeby Laboratorium Badania Wody PSSE w Pile, w tym:

1. demontaż dygestorium ze stali rok produkcji 2004 o wymiarach [101x92x237];
2. dostawa, montaż i uruchomienie dygestorium Q-Optimal DSL-15.00 LM SM:
 - a. wymiary [1530x930x2450]
 - b. blat roboczy wykonany jest z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu;
 - c. w blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 300x150 mm (otwór blacie: 280 x 80 mm zlewik podklejony od spodu);
 - d. ściany boczne komory manipulacyjnej wyłożone są żywicą fenolową MAX RESISTANCE, ściany zewnętrzne wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z dodatką PCV o grubości 2 mm, w ścianie bocznej znajdują się 2 otwory do przeprowadzenia azotu;
 - e. listwa armaturowa zawiera 2 x zawór wody oraz 2x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 54);
 - f. importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach;
 - g. średnia grubość powłoki: 250 - 300 mikronów;
 - h. temperatura topnienia: 184 -186 st. C;
 - i. zapalność: samo gasnący;
 - j. twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75;
 - k. barwa: szary RAL 7035
 - l. oświetlenie komory LED wykonane jest w wersji IP 66 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej;
 - m. dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości ANVIDUREM;
 - n. kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany z żywicy fenolowej MAX RESISTANCE;
 - o. gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;
 - p. odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;
 - q. instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych;
 - r. szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN – 12898;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
+48 67 3519878 | +48 67 3497110
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-31559-97798-FRRFS-27
BDO: 000127682

- s. okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, szyba w oknie hartowana;
 - t. okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego;
 - u. dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza typ Q – Flow ADVANCED
3. system kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:
- a. kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej
 - b. alarm zbyt wysoko podniesionego okna;
 - c. wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m/s na cyfrowym wyświetlaczu LED
 - d. kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych;
 - e. rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania;
 - f. funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu;
 - g. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania;
 - h. możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych;
 - i. sterowanie oświetleniem dygestorium;
 - j. sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik);
 - k. możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.);
4. wymagania dodatkowe
- a. urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wyprodukowane w roku kalendarzowym 2026 r.;
 - b. urządzenia muszą posiadać certyfikat CE;
 - c. instrukcja obsługi w języku polskim;
5. serwis i gwarancja
- a. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony na miejscu;
 - b. dodatkowo wsparcie techniczne w oparciu o telefon, e-mail;
 - c. czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
 - d. czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii;
 - e. gwarancja na urządzenia będące przedmiotem zamówienia minimum: 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
 - f. dokumenty gwarancyjne w języku polskim;
 - g. okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy;
 - h. dostępność części zamiennych co najmniej przez 5 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia.
6. dostawa i uruchomienie, wykonawca musi dostarczyć (włącznie z wniesieniem do laboratorium na piętrze bez windy znajdującego się przy al. Wojska Polskiego 43 w Pile), zainstalować, uruchomić i przetestować urządzenie;
7. szkolenie personelu z obsługi urządzenia;

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2026 r.

Do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. Wypełniony formularz ofertowy;
3. Specyfikację techniczną, np. karty katalogowe, foldery, prospekty.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Miejsce złożenia oferty wraz ze wszystkimi załącznikami to:

- ❑ osobiście w kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, wejście „A” kancelaria pok. nr 19 na parterze, opakować w jednej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dygestorium”;
- ❑ za pośrednictwem e-Doręczenia na adres: AE:PL-31559-97798-FRRFS-27;
- ❑ drogą mailową na adres: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl z podpisem pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

1. Pani Maria Chojnacka-Gwizdek – kierownik Oddziału Laboratorium PSSE w Pile, tel. 67 3497125, e-mail: maria.chojnacka-gwizdek@sanepid.gov.pl
2. Pani Magdalena Kulczak – kierownik Sekcji Administracyjnej, tel. 67 3519888, e-mail: magdalena.kulczak@sanepid.gov.pl,
3. Pani Hanna Kozera – pracownik Sekcji Administracyjnej, tel. 67 3497132, e-mail: hanna.kozera@sanepid.gov.pl.

Termin złożenia oferty: 21.10.2026 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 21.10.2026 r. o godz. 10:30.

Termin związania ofertą 60 dni od dnia złożenia oferty.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Derezińska

wz. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. wzór umowy
2. informacja RODO
3. oświadczenie PWAAnU
4. formularz ofertowy