Numer postępowania: ZPO.272.2.31.2026
Olsztyn, 17.09.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 170 000 złotych **na dostawy urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie udziela odpowiedzi na zadane pytania:

dot. część 1 – LBŚiŻ - Łaźnia wodna (1 sztuka)
PYTANIE 1
Czy zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanej pompy cyrkulacyjnej wody, ze stabilnością temperatury 0,1oK i resztą parametrów spełniających opis przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. część 2 – LBŚiŻ - Lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa, naścienna (1 sztuka)
PYTANIE 2
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wydajności wentylatora 135m3/h i dezynfekowanej kubaturze 45-100 m3 ?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. część 3 – LBŚiŻ - Lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa, przejezdna na statywie (1 sztuka)
PYTANIE 3
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wydajności wentylatora 135m3/h i dezynfekowanej kubaturze 45-100 m3 ?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. części 10 – LBŚiŻ - Zestaw 6 pipet - 4 pipety 8-kanałowe 30-300 µl, 2 pipety 10ml (6 sztuk)
PYTANIE 4
Czy Zamawiający zgodzi się, aby w części 10 kalibracja pipet została dokonana w Laboratorium Akredytowanym Producenta w Austrii, którego świadectwa kalibracji są dostarczane w języku polskim i respektowane przez PCA na podstawie **Wielostronnego Porozumienia EA (EA MLA)?**
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyraża zgodę.

Sporządziła: Aneta Szczepińska

Zatwierdza:
Z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie
mgr Agnieszka Wabik
Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

/podpis elektroniczny/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
+48 89 524 83 00
adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89978-14535-VFTRG-08