



Znak sprawy: **OEA-SA.272.6.20**

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych

Załącznik nr 8 – wzorce do pomiaru pH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za opakowanie | Vat % | Cena jedn. brutto za opakowanie | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Minimalny okres ważności od daty otrzymania |
|--------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)-wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości $7,00 \pm 0,01$, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 20 | | | | | | 6 miesięcy |
| 2. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)-wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości $10,01 \pm 0,02$, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 13 | | | | | | 6 miesięcy |
| 3. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)-wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości $4,01 \pm 0,01$, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 13 | | | | | | 6 miesięcy |
| 4. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)-wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości $1,68 \pm 0,01$, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 2 | | | | | | 6 miesięcy |
| RAZEM: | | | | | | | | | |

....., dnia

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)