



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W POZNANIU

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy, ul. Dekana 4, 64-100 Leszno.
tel. 65-526 82 01; fax 65-526 85 63; e-mail: oum.poznan.leszno@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania : 6 maja 2019 r.

Nr świadectwa: WZ 3.42/98-3 / 2019

strona 1/2

**PRZEDMIOT
WZORCOWANIA**

Materialna miara długości : przymiar zwijany (końcowo-kreskowy)

Producent Nestle- Telefix
Numer identyfikacyjny 18521
Zakres pomiarowy 0 mm do 5000 mm
Działka elementarna 1 mm

ZGŁASZAJĄCY

WITD w Radomiu, 26-610 Radom ul. B. Limanowskiego 29 A

UŻYTKOWNIK

WITD w Radomiu, 26-610 Radom ul. B. Limanowskiego 29 A

**METODA
WZORCOWANIA**

Metoda zgodna z Instrukcją wzorcowania przymiarów nr systemowy
IW/43/S4/01-04 wydanie 1 z 1 czerwca 2017 r.

**WARUNKI
ŚRODOWISKOWE**

Temperatura : $(19,8 \div 20,0) ^\circ\text{C}$
Wilgotność powietrza : $(47,9 \div 48,1) \%$

**DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA**

6 maja 2019 r.

**SPÓJNOŚĆ
POMIAROWA**


Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca odniesienia utrzymywanego w GUM
poprzez zastosowanie przymiaru kontrolnego o numerze 813/92 .

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Podano na 2 stronie świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.

**NIEPEWNOŚĆ
POMIARU**

Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane
wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie
rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.



z up. Dyrektora
Specjalista
mgr Alina Stani



ŚWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu,
Wydział Zamiejskowy, ul. Dekana 4, 64-100 Leszno

Data wydania : 6 maja 2019 r.

Nr świadectwa: WZ 3.42/98-3 / 2019

strona 2/2

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

W wyniku pomiarów stwierdzono, że błędy długości sprawdzanych odcinków podziałki, między osią kresy "0", a osiami kolejnych kresek ograniczających sprawdzane odcinki przymiaru wynoszą :

Odcinek podziałki	Błąd długości odcinka podziałki	Niepewność pomiaru	Błąd długości odcinka podziałki	Niepewność pomiaru
	zaczepiony granią pomiarową		oparty granią pomiarową	
mm				
1	2	3	4	5
0 ÷ 500	0,00	0,18	0,00	0,18
0 ÷ 1000	+0,10	0,18	+0,10	0,18
0 ÷ 1500	+0,40	0,18	+0,45	0,23
0 ÷ 2000	+0,65	0,23	+0,65	0,23
0 ÷ 2500	+0,60	0,19	+0,55	0,24
0 ÷ 3000	+0,60	0,19	+0,60	0,19
0 ÷ 3500	+0,60	0,20	+0,65	0,24
0 ÷ 4000	+0,70	0,20	+0,70	0,20
0 ÷ 4500	+0,70	0,20	+0,70	0,20
0 ÷ 5000	+0,95	0,25	+0,95	0,25

Naczelnik
Wydziału Zamiejskiego
w Lesznie
.....
Autoryzował (a)