

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu na dostawę autoklawu wraz ze stacją uzdatniania wody i sprężarką.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, jako Zamawiający, przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 29.10.2026 r. oraz wprowadza poniższe zmiany dokumentacji postępowania. Odpowiedzi i zmiany dotyczą wszystkich wykonawców.

Pytanie 1 (dotyczące § 5 ust. 3 Projektu Umowy – Wynagrodzenie)

Treść pytania:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

„3. Cena obejmuje wszystkie koszty zakresu OPZ, w tym przyłączenia, walidację i konieczne powtórne badania, gwarancję, przeglądy, materiały, dojazdy i robociznę. Zmiany wynagrodzenia wymagają podstawy z § 12.”

Uzasadnienie Wykonawcy:

Prosimy o usunięcie zaznaczonego fragmentu (i konieczne powtórne badania): zapis ten nie jest doprecyzowany, można go interpretować w dowolny sposób.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Wyjaśnienie: Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji zamówienia. Konieczność poniesienia kosztów ewentualnych powtórnych badań dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy pierwsze badania lub walidacja dadzą wynik negatywny z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wady fabrycznej sprzętu lub błędnego montażu).

Pytanie 2 (dotyczące § 8 ust. 2 Projektu Umowy – Serwis i reakcja)

Treść pytania:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

„Wykonawca potwierdzi zgłoszenie i rozpocznie działania serwisowe, obejmujące kontakt i diagnozę, w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia; automatyczne potwierdzenie nie wystarcza. Wadę usunie w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia. Inny termin wymaga uzasadnienia technicznego i uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.”

Uzasadnienie Wykonawcy:

Podane terminy są zbyt krótkie, prosimy o zastosowanie dłuższych terminów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający częściowo wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zamawiający wydłuża termin na usunięcie wady z 10 do **14 dni roboczych**. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu na rozpoczęcie działań serwisowych do 5 dni – termin ten zostaje ustalony kompromisowo na **3 dni robocze**.

Pytanie 3 (dotyczące § 8 ust. 4 Projektu Umowy – Wymiana wadliwego sprzętu)

Treść pytania:

Prosimy o zmianę zapisów na:

„4. Gdy ta sama istotna wada powróci po trzech naprawach tego samego elementu/części/podzespołu albo naprawa jest technicznie niemożliwa, Zamawiający może żądać wymiany wadliwego elementu/części/podzespołu na fabrycznie nowy, zgodny z OPZ i ofertą, w ciągu 20 dni roboczych od żądania. Inny uzasadniony termin wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.”

Uzasadnienie Wykonawcy:

Sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie. Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający częściowo wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogu z dwóch na **trzy naprawy tego samego elementu/części/podzespołu**.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na usunięcie zapisu o możliwości żądania wymiany całego urządzenia na nowe. Wymiana całego urządzenia pozostaje ostatecznym uprawnieniem Zamawiającego w sytuacji, gdy powtarzające się awarie uniemożliwiają prawidłową eksploatację sprzętu, a naprawa nie przynosi rezultatów.

Pytanie 4 (dotyczące § 9 ust. 1 Projektu Umowy – Przeglądy okresowe)**Treść pytania:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów poprzez usunięcie sformułowania: „*oraz dodatkowe przeglądy wymagane do utrzymania gwarancji*”.

Uzasadnienie Wykonawcy:

Prosimy o usunięcie zapisu, ponieważ nie ma żadnych dodatkowych przeglądów (oprócz dwóch) wymaganych do utrzymania gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Sformułowanie „*oraz dodatkowe przeglądy wymagane do utrzymania gwarancji*” zostaje wykreślone z treści projektu umowy.

Pytanie 5 (dotyczące § 10 ust. 1 i 2 Projektu Umowy – Kary umowne)**Treść pytania:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów poprzez obniżenie stawek kar z 0,2% na 0,1% oraz limitu kar z 20% do 15%.

Uzasadnienie Wykonawcy:

Wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w § 10 ust. 1 i 2 poprzez obniżenie jednostkowej stawki kar za zwłokę z **0,2% na 0,1%** za każdy dzień zwłoki oraz obniżenie maksymalnego limitu kar umownych z **20% do 15%** wartości brutto umowy.

PODSUMOWANIE ZMIAN

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje stają się integralną częścią dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Jolanta Wąsowska

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Bytomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

2026-10-30