

INFORMACJE DODATKOWE DO PRZETARGU - CZASOMIERZE I OBROTOMIERZE - WYSYŁKA

PLIKI ŚWIADECTW WZORCOWANIA NALEŻY DOSTARCZYĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. W PRZYPADKU GDY PLIK NIE JEST ZATWIERDZONY PODPISEM ELEKTRONICZNYM DOSTARCZYĆ TAKŻE ORYGINAŁY. KAŻDE ŚWIADECTWO MUSI BYĆ OSOBNYM PLIKIEM ELEKTRONICZNYM. W NAZWIE PLIKU NALEŻY ZAWRZEĆ NR ŚWIADECTWA ORAZ NUMER PORZĄDKOWY WYPOSAŻENIA.

WZORCOWANIE WYPOSAŻENIA PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ/ PROCEDURĄ ZATWIERDZONĄ PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (PCA), W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM. SPÓJNOŚĆ POMIAROWA WYNIKÓW POWINNA BYĆ POTWIERDZONA W ŚWIADECTWIE WZORCOWANIA, ZGODNIE Z POROZUMIENIEM EA MLA, ZGODNIE Z JEDNOSTKAMI MIAR MIĘDZYNARODOWEGO UKŁADU JEDNOSTEK MIAR (SI).

IV -- Zespół Gruntów i Geotechniki

LP

	Producent, typ	Oznakowanie wyposażenia	Numer fabryczny/seryjny	Zakres
01	Stoper elektroniczny Hanhart Magma 10	G-I-2349/W	002967	30 minut

osoba do uzgodnienia - p. Malwina Staszak

VI -- Zespół Badań Chemicznych

LP

	Producent, typ	Oznakowanie wyposażenia	Numer fabryczny/seryjny	Zakres
02	Hanhart Modul 1, stoper elektroniczny WZORCOWY	H-I-0554/W	314	30 minut
03	Stoper elektroniczny z zestawu do sprawdzania penetrometru ANTON PAAR PNR12	H-II-2291/W	60018519	0 - 99,99 s

osoba do uzgodnienia - p. Artur Wilmański