



Informacje dla kierowników jednostek

wykorzystujących promieniowanie jonizujące oraz zatrudniających personel w narażeniu na promieniowanie jonizujące



Każdy aparat RTG powinien posiadać **zezwolenie** na uruchomienie i stosowanie



Jeśli posiadasz aparat RTG inny niż stomatologiczny wewnętrzny lub densytometr pamiętaj o uzyskaniu **zgody** na udzielaniu świadczeń medycznych



Pamiętaj żeby opracować i wdrożyć **program zapewnienia jakości** oraz dokumenty z nim powiązane, w tym system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych



Zapewnij kontrolę poziomu narażenia poprzez **dozymetrię** indywidualną lub środowiskową



Regularnie sprawdzaj aparaty RTG i urządzenia pomocnicze poprzez wykonywanie zarówno **testów specjalistycznych** jak i **podstawowych**



Raz w roku wykonaj **kliniczny audyt wewnętrzny** i sporządź z niego raport



Jeśli posiadasz aparat RTG inny niż stomatologiczny wewnętrzny lub densytometr, nawiąż współpracę z **inspektorem ochrony radiologicznej**



Bądź na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystaj z ustawy **Prawo atomowe** oraz rozporządzeń wykonawczych

Kierowniku pamiętaj!
Twe działania mają
znaczenie

Chronisz personel, pacjentów i środowisko

