

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania sprzętu laboratoryjnego zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wyposażenie laboratoryjne, o którym mowa w załączniku nr 1 zlokalizowane jest w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym w Poznaniu, ul. Hawelańska 12.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać **w laboratorium Wykonawcy**.
4. Charakterystyka metrologiczna suwmiarek powinna zawierać błędy wskazań przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych oraz wysuwki głębokościomierza (jeśli to właściwe dla typu przyrządu). Błędy wskazań oraz niepewność należy podać w μm .
5. Charakterystyka metrologiczna płytek wzorcowych powinna obejmować określenie błędu wraz z określeniem klasy płytek oraz wzorcowanie odchyłki długości środkowej.
6. Jeżeli wykonawca usługi wzorcowania nie jest w stanie wykonać jej w pełnym zakresie istnieje możliwość podzlecenia usługi wzorcowania wybranego wyposażenia do innego laboratorium wzorcującego akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną organizacją akredytującą podmiot (np. DAkkS, DANAK) będącą sygnatariuszem wielostronnych porozumień ILAC MRA (jeśli jest to laboratorium z zagranicy), którego posiadany zakres akredytacji umożliwi wykonanie usługi wzorcowania w pełnym zakresie.
7. Wszelkie koszty, w tym koszty transportu wyposażenia do laboratorium Wykonawcy oraz transport zwrotny, do laboratorium Zlecającego należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
8. Potwierdzeniem wykonania usługi będą wystawione świadectwa wzorcowania przez Laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną organizacją akredytującą podmiot (np. DAkkS, DANAK) będącą sygnatariuszem wielostronnych porozumień ILAC MRA (jeśli jest to laboratorium z zagranicy) dla wyszczególnionego wyposażenia w załączniku nr 1.
9. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia **30.06.2026** wraz z przesłaniem świadectw wzorcowania.