

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| <p style="text-align: center;"><b>WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Wykonawca dostarczy trzy zestawy ratownictwa medycznego z wyposażeniem zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi w tabeli</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Opis funkcjonalny i minimalne parametry techniczne</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;"><b>Propozycje Wykonawcy</b><br/> <b>Podać parametry oferowanego sprzętu lub wpisać wyraz „spełnia”</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zestaw PSP R1 w plecaku black front generacja 2 z deską ortopedyczną i szynami Kramera- 3 zestawy</p> <p><b>Skład zestawu ratowniczego PSP R1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zabezpieczenie/przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel’a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk</li> <li>○ Rurki kraniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki</li> <li>○ Lubrykant OptiLube – 3 sztuki</li> <li>○ Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m</li> <li>○ Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m</li> <li>○ Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce</li> </ul> </li> </ol> |                                                                                                                                           |

- Jałowy filtr przeciwbakteryjny – 5 sztuk
- Butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O<sub>2</sub> przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem w wersji DIN G $\frac{3}{4}$ ”
- Reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem typu AGA , z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G $\frac{3}{4}$ ”
- Przewód tlenowy o długości 10 m
- Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos – 3 sztuki
- Maski tlenowe dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki
- Maski tlenowe dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m

## 2. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

- Pas do stabilizacji złamań miednicy Black Front
- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki
- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych
- Szyny kramera

Wymiary szyny Kramera wchodzących w skład zestawu

- 150 x 15 cm
- 150 x 12 cm
- 120 x 12 cm
- 100 x 10 cm
- 90 x 12 cm – 2 sztuki
- 80 x 12 cm
- 80 x 10 cm
- 70 x 10 cm
- 70 x 7 cm
- 60 x 8 cm
- 60 x 7 cm
- 25 x 5 cm – 2 sztuki

- Deska ortopedyczna dla dorosłych ze stabilizatorem i kompletem 4 pasów w kolorze czarnym. Deska przystosowana do akcji ratunkowych w wodzie.- 1 szt.
- 3. Zapewnienie komfortu termicznego
  - Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk
- 4. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
  - Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
  - Militarny opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD 7,5 cm x 3,7 m
  - Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 10 sztuk
  - Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> – 5 sztuk
  - Gaza opatrunkowa jałowa ½ m<sup>2</sup> – 5 sztuk
  - Opaska dziana 10 cm x 4 m – 8 sztuk
  - Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki
  - Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki
  - Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 3 sztuki
  - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki
  - Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
  - Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 sztuki
  - Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – 2 sztuki
  - Opaska uciskowa, staza taktyczna – 2 sztuki
- 5. Opatrywanie oparzeń
  - Żel schładzający o pojemności 120ml – 2 sztuki
  - Opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki
  - Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm<sup>2</sup>
- 6. Ochrona osobista
  - Okulary ochronne – 2 sztuki
  - Maseczka FFP 2 dla ratownika – 4 sztuki
  - Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – 6 sztuk
  - Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- 7. Zestaw uzupełniający

- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml – 2 sztuki
- Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki
- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
- Zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)

#### **8. Dodatkowe wyposażenie:**

- Pas do stabilizacji złamań miednicy Black Front- 8 szt.
- Defibrylator AED Philips FRx + klucz pediatryczny- 3 szt
- Nożyce Leatherman Raptor Rescue- 4 szt
- Worek samorozprężalny dla dorosłych (jednorazowy)- 6 szt.
- Kompaktowy ssak elektryczny LCSU 4 - 300 ml - 3 szt.
- Nosze podbierakowe- 2 szt.
- Profesjonalny pulsoksymetr ze stacją dokującą ładującą + sensor dla dzieci Creative Medical SP-20 – 3 szt.
- Staza taktyczna, opaska zaciskowa Black Front – 10 szt.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

**Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów(wraz z ofertą), uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników”.**

**Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia powyższe wymagania.**

.....  
**data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób  
uprawnionych**