

Załącznik nr 1

do postępowania nr ADM.272.1.2025.PG
z dnia 8 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Sterylizator do pracy w suchym gorącym powietrzu do sterylizacji szkła w temperaturze $170\pm 10^{\circ}\text{C}$

Wymagania minimalne:

- zakres pracy od około $5-10^{\circ}\text{C}$ do $250-300^{\circ}\text{C}$ (zakres pracy roboczej $170\pm 10^{\circ}\text{C}$)
- wymuszony obieg powietrza,
- funkcja suszenia szkła,
- pojemność komory ok 115 l,
- drzwi zewnętrzne pełne,
- półki ze stali nierdzewnej – 2-3 sztuki,
- rozkład temperatur na wszystkich półkach w 5 punktach w temperaturze 170°C (badanie stabilności i równomierności), wykonany przez akredytowane laboratorium wzorujące,
- regulacja temperatury z dokładnością $0,1^{\circ}\text{C}$,
- instrukcja i obsługa panelu/ekranu w języku polskim,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- transport