

Numer sprawy: EA.261.5.2026

### **OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE**

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu określonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z póź.zm.).

W związku z planowanym zakupem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowej łaźni wodnej z wytrząsaniem SWB 22N „LABOPLAY” z modyfikacją łaźni (zwiększeniem wysokości pokrywy), perforowanym wkładem z naciągiem sprężynowym do kosza wytrząsarki i modyfikacją naciągu sprężynowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Łaźnia wodna z wytrząsaniem SWB 22N „LABOPLAY” z modyfikacją łaźni (zwiększeniem wysokości pokrywy), perforowanym wkładem z naciągiem sprężynowym do kosza wytrząsarki i modyfikacją naciągu sprężynowego:
  - a) Wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x gł. x wys.) 640 x 506 x 365mm – wymiar podany bez pokrywy, zaworu spustowego oraz końcówek zewnętrznego obiegu 350 x 382 x 125mm
  - b) Pokrywa nierdzewna na zawiasach zmodyfikowana - zwiększenie wysokości pokrywy o 50mm
  - c) Wymiary wanny (szer. x gł. x wys.) 350 x 460 x 200mm
  - d) Moc maksymalna 1600W
  - e) Pojemność wanny: 22 l
  - f) Wymiary kosza wytrząsarki (szer. x gł. x wys.) 278 x 382 x 125mm
  - g) Perforowany wkład ze zmodyfikowanym naciągiem sprężynowym do kosza wytrząsarki
  - h) Materiał wykonania łaźni – stal nierdzewna
  - i) Na wyposażeniu regulator PID z funkcją odliczania czasu oraz blokadą grzania
  - j) Pojemność całkowita: 32,2 l
  - k) Zakres pracy: od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C
  - l) Stabilność temperatury:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
  - m) Rozdzielczość: co 0,1°C
  - n) Wyświetlacz: 2 x 4 cyfry LED
  - o) Napięcie zasilania: 230 VAC, 50-60 Hz.
- 2) Minimum 24 miesięczna gwarancja liczona od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.
- 3) Serwis autoryzowany przez producenta w czasie trwania okresu gwarancji.
- 4) Dostarczenie wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej.
- 5) Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami rekomendowany do 30 czerwca 2026 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Płocka 45a.
- 6) Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.

Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5

Termin realizacji zamówienia: rekomendowany do 30.06.2026 r.

Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.

Gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Wzór
Cena - Waga 100	$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.05.2026 r. do godz. 12:00  
w siedzibie zamawiającego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku  
Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, pokój nr 17 (Kancelaria).

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres [sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl), EPUAP: /pssewlocl/skrytka oraz e-Doręczenie: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

stanowisko Kierownik Sekcji Administracyjnej  
imię i nazwisko Sławomir Lewandowski  
tel. 54-411-68-33  
w godzinach 8:00 ÷ 14:00

#### Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Dyrektor  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
we Włocławku  
Zofia Ziółkowska

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

\_\_\_\_\_  
Dyrektor PSSE we Włocławku