



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

Leszno, 2026-03-02

OEA-SA.272.2.2026

---

Sprawę prowadzi: Agnieszka Krauze  
+48 41 310 98 88  
zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl

---

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) na Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych 1.2026 (ID 1258069).

Zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania w 4 (czterech) częściach.

**I. Na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie w 3 (trzech) częściach:**

Część 5 – Surowice Salmonella

Część 22 – Bioindykatory

Część 24 – Części eksploatacyjne do dejonizatora

**Uzasadnienie: W terminie określonym w SWZ nie złożono żadnej oferty.**

**II. Na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie w 1 (jednej) części**

Część 10 – Wymazówki

**Uzasadnienie: Wszystkie złożone oferty w postępowaniu podlegały odrzuceniu**

Jednocześnie Zamawiający informuje, o odrzuceniu oferty:

W części 10 – Wymazówki

Odrzuca się ofertę firmy:

TRIOS PL Sp. z o. o., ul. Andrzeja Małkowskiego 30 lok. 1, 70-304 Szczecin

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt. 5

Uzasadnienie faktyczne:

Zaproponowany w pozycja 1 produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. W specyfikacji wymagana jest możliwość odłamywania końcówki wymazówki. W dołączonej do oferty



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

---

ul. Niepodległości 66 |64-100 Leszno  
+48 65 526 15 15  
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20  
BDO: 000155006

instrukcji użycia wymazówki wymagane jest zachowanie dużej ostrożności podczas odłączania aplikatora od zatyczki, aby zminimalizować ryzyko rozprysnięcia lub rozpylenia płynu. Jeśli zachodzi konieczność odcięcia pałeczki aplikatora, należy użyć jałowych nożyczek, aby ułatwić oddzielenie w sposób bezpieczny i czysty. Na pytanie dotyczące oferty została udzielona odpowiedź, że wymagane jest, aby wymazówki spełniały wymóg odłamywania końcówki.

Dla pozycji 2 zaproponowano produkt o nr katalogowym 9U012S składający się z zestawu: 1 wymazówka FLOQSwabs z końcówką regularną z 1 ml SRK Neutralizing Premoistening Medium w probówce + probówka 1 2×80 mm z 1 ml SRK Neutralizing Transport Medium, zapakowane oddzielnie. W odpowiedzi na zadanie przez Wykonawcę pytanie w postępowaniu, Zamawiający nie wyraził zgody na zaoferowanie produktu składającego się z takiego zestawu.

W związku z czym uznaje się, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Irena Ojo

Zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/