

## **INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr ZP.272.2.2022 o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę testów diagnostycznych do metody ELISA wraz z dzierżawą analizatora

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytania z 28 marca 2022r.

- 1) Dotyczy pozycji 3 i 4 załącznika nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego standaryzacja została przeprowadzona na zdefiniowanych próbkach z External Quality Control Schemes (INSTAND e.V.) i porównana z testem immunologicznym Savyon SeroCP™ IgA ELISA/ Savyon SeroCP™ IgG ELISA?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie testów z pozycji 3 i 4 załącznika nr 3 zweryfikowanych w sposób podany przez dystrybutora.

- 2) Dotyczy SWZ-opis przedmiotu zamówienia rozdział II p. 4. Czy wymóg „wymagania Zamawiającego dotyczące wszystkich testów:  
- Metoda Elisa „odnosi się do testów z pozycji 1-12 oraz 16, natomiast wymóg ten nie ma zastosowania w pozycjach 14 i 15, 17-18 oraz 21, w których znajdują się testy potwierdzenia, oparte na metodzie Westernblot?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymaganie metody ELISA dla testów z pozycji 1-12 oraz 16 z załącznika nr 3 oraz brak wymogu dla testów z pozycji 14,15, 17, 18 oraz 21 (metoda Western – blot).

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.