

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA Szczecin

Oferta wykonawcy powinna obejmować wszelkie koszty związane z dostawą niżej wyszczególnionego asortymentu do siedziby WT-LD w Skarbimierzycach

Wykaz szkła laboratoryjnego:

| Lp. | Opis pozycji                                                                                                            | Ilość<br>[szt.] |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | naczynko wagowe 50 x 50 ze szlifowaną pokrywką                                                                          | 50              |
| 2   | naczynko wagowe 60 x 60 ze szlifowaną pokrywką                                                                          | 20              |
| 3   | zlewka wysoka.800 ml, szkło borokrzemowe                                                                                | 15              |
| 4   | zlewka wysoka 1000 ml, szkło borokrzemowe                                                                               | 15              |
| 5   | zlewka wysoka. 2000 ml, szkło borokrzemowe                                                                              | 1               |
| 6   | zlewka niska z uchem 400ml, szkło borokrzemowe                                                                          | 10              |
| 7   | zlewka z uchem PP skala tłoczona poj. 2000ml - forma NISKA                                                              | 6               |
| 8   | krystalizator z wylewem 900ml 150x75                                                                                    | 3               |
| 9   | szalka Petriego 120 x 20                                                                                                | 6               |
| 10  | piknometr 1000ml NS60 z nasadką; szkło borokrzemowe spełniające normę PN-EN 1397-6; dokładność pomiaru pojemności 0,5ml | 16              |
| 11  | piknometr 2000ml NS60 z nasadką; szkło borokrzemowe spełniające normę PN-EN 1397-6; dokładność pomiaru pojemności 0,5ml | 16              |

adres WT-LD w Szczecinie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie  
Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe  
ul. Wiosenna 8  
72-002 Skarbimierzyce