Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

Leszno, 2026-11-12

OEA-SA.272.14.2026

Sprawę prowadzi: Sekcja Administracji
+48 41 310 98 88
zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów laboratoryjnych na rok 2027 (ID 1394923)

Szanowni Państwo,

do postepowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 5 – dotyczy części 16 – szkło laboratoryjne - pozycja 14

Cyllindry Nesslera o pojemości 100 ml, z podziałką na 50 ml i na 100 ml, średnica wewnętrzna 27 mm, długość ok. 240 mm, certyfikat serii z wyznaczonym błędem - cylinder Nesslera nie jest cylindrem miarowym dlatego nie posiada certyfikatu z wyznaczonym błędem. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cylinder bez certyfikatu?
Odpowiedź:

Nie. Zamawiający dopuszcza certyfikat z pojemnością cylindra oraz jego dokładnością, bez wyznaczonego błędu (potwierdzający szkło kl. A 100ml +/- 0,8).

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Rzeźniczak
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/

ul. Niepodległości 66 |64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006