Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Dział Laboratoryjny
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego-
zawartość/*stężenie* lotnych związków organicznych
Wydanie nr 17 z dnia 19.09.2019 r.

Oddział Badań Środowiska Pracy Oddział Badań Instrumentalnych		
Przedmiot badań/Wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko pracy - powietrze	Zawartość/stężenie lotnych związków organicznych Zakres: Benzen (1-5500µg)/(0,10-550 mg/m^3) Toluen (1-6500µg)/(0,10-1300 mg/m^3) Etylobenzen (1-6600µg)/(0,10-1320 mg/m^3) 1,4-Ksylen (1-6500µg)/(0,10-650 mg/m^3) 1,3-Ksylen (1-6500µg)/(0,10-650 mg/m^3) Kumen (1-6500µg)/(0,10-1300mg/m^3) 1,2-Ksylen (1-6500µg)/(0,10-650 mg/m^3) Styren (2,3-3000µg)/(0,23-600 mg/m^3) Octan etylu (1-6000µg)/(0,10-1200 mg/m^3) Propan-2-ol (1-22000µg)/(0,10-4400 mg/m^3) Octan n-butylu (1-6500µg)/(0,10-1300 mg/m^3) Butan-1-ol (1-6000µg)/(0,10-1200 mg/m^3) Pentan (2-1000µg)/(0,2-100 mg/m^3) Tetrahydrofuran (1-6000µg)/(0,10-1200 mg/m^3) Tetrachloroeten (5-12000µg)/(0,50-2400 mg/m^3) Cykloheksanon (2-7500µg) (0,20-1500 mg/m^3) Aceton (50-20000µg)/(5,0-4000 mg/m^3) Etanol (2-5000µg)/(0,20-500 mg/m^3) Trichloroeten (3-10000µg)/(0,3-2000 mg/m^3) Heksan (2-4000µg)/(0,2-400mg/m^3) Ksylen- mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4- (1-19500µg)/(0,10-1950 mg/m^3) Epoksyetan (0,001-0,050mg***)/***(0,1-10 mg/m^3) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną ***(GC-FID)***	PB-02/SA Wydanie 9 z dnia 24.06.2019 r. PN-Z-04300 / 2002

19.09.2019 r…….....……
Data, podpis osoby aktualizującej Listę

19.09.2019 r……
Podpis osoby zatwierdzającej Listę