Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kaliszu

Kalisz, 2026-09-24

OEA-ST.272.5.5.2026

Sprawę prowadzi: Paulina Górska
+48 62 76 77 641
paulina.gorska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego zestaw do ekstrakcji

Szanowni Państwo

Informuję, że do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego wpłynęły pytania do ZADANIE IX – dostawa 24-stanowiskowego ręcznego zestawu do ekstrakcji BAKER SPE24G. Poniżej przesyłam treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 110 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający może przedłużyć termin dostawy maksymalnie do 07 grudnia 2026 roku.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczania deklaracji zgodności CE, potwierdzającej spełnienie obowiązujących wymagań Unii Europejskiej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu autoryzowanego serwisu w Polsce?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów:
- przystąpienia do usunięcia awarii, wady lub usterki przedmiotu umowy do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia;
- usunięcia awarii, wady lub usterki przedmiotu umowy do 21 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia?

Odpowiedź: NIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych:
- należnej z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Umowy do 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy?
- za dostawę przedmiotu umowy niezgodnego z Umową lub z wadami do 1% ceny brutto?
- należnej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10% ceny brutto?
- należnej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10% ceny brutto?
- za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia awarii, wady lub usterki przedmiotu umowy lub opóźnienie w dokonaniu naprawy przedmiotu umowy w ramach naprawy gwarancyjnej oraz za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu przeglądu serwisowego do wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia i 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar umownych do 15% wysokości maksymalnej ceny brutto?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o podanej specyfikacji technicznej?
- komora próżniowa ze szkła;
- pokrywa górna wykonana jest z polietylenu (PE) wysokiej gęstości, charakteryzującego się dużą odpornością chemiczną, posiadająca podwójną funkcję pozwalającą użytkownikowi pracować trybie „odpady" lub „zbieranie";
- igły ze stali szlachetnej w obudowie z tworzywa PP opakowanie 30 szt.;
- igły z tworzywa PP opakowanie 30 szt.;
- zawór regulujący próżnię z wakuometrem kontrolnym oraz zawór zwalniający próżnię z pierścieniem kulowym.
- statyw z tworzywa PP na odbieralniki eluatu wraz z lejkiem do odprowadzania zlewek-min. 3 półki różnej wielkości
(1 półka posiadająca otwory o średnicy 13 x 100 mm; 1 półka posiadająca otwory o średnicy 16 x 100 mm; 1 półka posiadająca otwory o średnicy 10 x 75 mm z zaciskami do podtrzymywania półek);
- korki do zamykania otworów zapewniające utrzymanie warunków próżni
min. wielkość opakowania 30 szt.;
- długie zawory z polipropylenu do systemu SPE, do rezerwuarów, filtrów i kolumienek SPE
min. wielkość opakowania 40 szt.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę systemu SPE 24-stanowiskowego o poniżej specyfikacji technicznej:
Kompletny zestaw SPE (kolektor próżniowy na 24 stanowiska). W skład zestawu wchodzą: szklana komora z pokrywą (wymiary pokrywy: 33.9 x 2.6 x 14.3 cm) (kompletna, w tym 4 nóżki, złącza Luer, uszczelka pokrywy),

24 wymienne igły (PP),
1 wakuometr wraz z zaworem regulacyjnym,
24 zawory typu Luer,
24 zatyczki (korki do zamykania otworów, które zapewniają utrzymanie próżni),
regulowany statyw (z 4 półkami)
zbiornik z PP (pojemnik na odpady),
dodatkowo: 24 zawory metalowe z elementami uszczelniającymi wykonanymi z materiału odpornego chemicznie.
Wyposażenie dodatkowe zgodne z opisem Zamawiającego**.**

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8

Czy Zamawiający do powyższego opisu wymaga igieł metalowych czy akceptuje zawarte w zestawie igły z PP?

Odpowiedź: Akceptuje

Pytanie 9

Wniosek o udzielenie wyjaśnień, jaki rodzaj dokumentu w rozumieniu Zamawiającego stanowi dokument autoryzacyjny, wystawiony przez producenta na serwis oferowanego urządzenia, wskazany w wymaganiach dodatkowych oraz w jakim celu jest on wymagany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy, zgodnie z którym wymaganie przedstawienia listu autoryzacyjnego producenta stanowi nieuzasadnione ograniczenie konkurencji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga zapewnienia profesjonalnej obsługi serwisowej, dostępu do oryginalnych części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz procedur naprawczych określonych przez producenta. Wymaganie listu autoryzacyjnego dotyczy wyłącznie potwierdzenia zdolności wykonawcy do zapewnienia określonego poziomu obsługi serwisowej oferowanych urządzeń, a nie preferowania konkretnego producenta lub konkretnego wykonawcy. Należy podkreślić, że Zamawiający dopuszcza udział wszystkich wykonawców, którzy są w stanie zapewnić wymagany poziom realizacji zamówienia, w tym wykonawców posiadających stosowne umowy serwisowe, autoryzacje lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające realizację obowiązków wynikających z umowy. Brak wymogu wykazania możliwości świadczenia autoryzowanego serwisu mógłby natomiast prowadzić do sytuacji, w której wykonawca dostarczyłby urządzenia bez realnej możliwości zapewnienia ich prawidłowej obsługi w okresie gwarancji oraz eksploatacji. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące przedstawienia listu autoryzacyjnego producenta.

Z wyrazami szacunku

Mariola Ratajczyk
Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/