

**Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 3**

Przedmiotem zamówienia jest:

**wykonanie usługi wzorcowania w zakresie pomiaru twardości gumy**

Usługę wzorcowania można wykonać w siedzibie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego w Kleosinie k/Białegostoku ul. Zambrowska 2 lub w siedzibie Wykonawcy.

W przypadku wzorcowania w siedzibie Wykonawcy koszty przesyłki/transportu pokrywa Wykonawca.

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności lub sprawozdanie z badania twardości również z podaniem niepewności. W przypadku wzorcowania wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem Polskiego Centrum Akredytacji (wymóg ten nie dotyczy świadectw wystawianych przez Główny Urząd Miar).

Termin realizacji zadania: **do dnia 31.07.2026 r.**

Lp.	Nazwa urządzenia	Obiekt wzorcowania	Producent	Nr inwent./nr ewiden.	Nr fabr./zakres pomiarowy	Nr zespołu
1	<b>Penetrometr do asfaltu lanego wraz z łaźnią wodną</b>	Blok kalibracyjny – 1 szt.	STRASSENTEST	801/157 T- 1.1/I/104/W,S	58±5 IRHD ISO 48-2	T-1.1

Sporządził:  
Katarzyna Felczak-Bielska  
2026-06-26