

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.16.2025.IW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 6 – Łaźni wodna WTB 35 – 1 szt.	
Lp.	Wymagane parametry
1	Producent: Memmert
2	Model: WTB 35
3	Pojemność łaźni 37,5 l
4	Wymiary łaźni: 602 x 482 x 150 mm
5	Minimalny poziom cieczy: 20 mm
6	Maksymalny poziom cieczy: 114 mm
7	Zakres nastawy temperatury: +10°C do +100°C, co 0,1°C
8	System odprowadzania wody – łatwy do opróżnienia
9	Płaska pokrywa ze stali nierdzewnej z 8 otworami (o średnicy 107 mm) o regulowanej szerokości
10	Przewód zasilający
11	Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz; 110-240 VAC
12	Gwarancja minimum 36 miesięcy
13	Instrukcja obsługi w języku polskim
14	Transport
15	Usługa wzorcowania w 8 punktach (w każdym z otworów w płaskiej pokrywie) w temperaturze 80°C i 90°C. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 31 marca 2026 r.