



Kraków, dnia 24 lipca 2026 r.

AG.240.10.2026

**Wyjaśnienia treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację
chromatografu cieczowego HPLC z detektorem MS**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793.) uprzejmie informuję, iż w dniu 23 lipca 2026 r., do Zamawiającego - Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wpłynęło pytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

**Pytanie dotyczące Specyfikacji technicznej sprzętu LC-MS/MS
(Załącznik nr 2 do SWZ):**

Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrometru mas LC-MS/MS, którego szybkość skanowania została określona jako 20 000 Da/s przy rozdzielczości 2 Da, w przypadku gdy oferowany analizator nie posiada możliwości ustawienia rozdzielczości 1 Da, lecz pracuje z fabrycznie zdefiniowanymi ustawieniami rozdzielczości (m.in. 0,4 Da, 0,7 Da, 1,2 Da oraz 2 Da)? Wykonawca zwraca uwagę, że sposób określania rozdzielczości analizatora kwadropolowego jest zależny od technologii stosowanej przez producenta, a wymóg określenia szybkości skanowania wyłącznie dla rozdzielczości 1 Da może prowadzić do wyeliminowania rozwiązań technicznie równoważnych, mimo że nie wpływa to na możliwości analityczne oferowanego systemu ani jego funkcjonalność w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca nie wnosi o zmianę kryteriów oceny ofert ani zasad przyznawania punktów za parametr szybkości skanowania, a jedynie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu rozwiązania równoważnego pod względem funkcjonalnym, którego producent określa szybkość skanowania zgodnie z własną metodyką pomiarową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące w innych trybach rozdzielczości niż 1 Da, np. 0,4 Da, czy 0,7 Da, jednak urządzenie musi spełniać wymóg minimalny SWZ, czyli szybkość skanowania 12000 Da/s przy rozdzielczości 1 Da. Dla przykładu, dla 0,7 Da jest to szybkość 8400 Da/s, a dla 2 Da jest to wartość 24000 Da/s.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SWZ i nie wpływają na konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, a godziny pozostają bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Dariusz Zuba