

PAKIET NR 4
Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych
(1 sztuka)

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)*
1	2	3	4
1.	Hydromasaż kończyn dolnych	Tak	Tak, Hydromasaż kończyn dolnych
2.	Materiał konstrukcji szkieletowej antybakteryjny PMMA (akrylan)	Tak	Tak, Materiał konstrukcji szkieletowej antybakteryjny PMMA (akrylan)
3.	Liczba mikrodysz 12	Tak	Tak, Liczba mikrodysz 12
4.	Liczba stref hydromasażu 2	Tak	Tak, Liczba stref hydromasażu 2
5.	Regulacja intensywności hydromasażu od 0 do 100% w krokach co 10%	Tak	Tak, Regulacja intensywności hydromasażu od 0 do 100% w krokach co 10%
6.	Tryb hydromasażu: ciągły, impulsowy, sinusoidalny	Tak	Tak, Tryb hydromasażu: ciągły, impulsowy, sinusoidalny
7.	Wyświetlacz LED	Tak	Tak, Wyświetlacz LED
8.	Funkcje wyświetlacza (ustawianie czasu terapii, temperatury wody)	Tak	Tak, Funkcje wyświetlacza (ustawianie czasu terapii, temperatury wody)
9.	Automatyczne napełnianie wanny (dla masażu pod kolanami i całych kończyn)	Tak	Tak, Automatyczne napełnianie wanny (dla masażu pod kolanami i całych kończyn)
10.	Pojemność użytkowa wanny min. 80/140 l	Tak	Tak, Pojemność użytkowa wanny 80/140 l
11.	Kontrola temperatury wody poprzez termometr cyfrowy	Tak	Tak, Kontrola temperatury wody

			poprzez termometr cyfrowy
12.	Czas napełniania 1,5 do 2,5 min.	Tak	Tak, Czas napełniania 1,5 do 2,5 min.
13.	Czas spuszczenia 1 do 2 min.	Tak	Tak, Czas spuszczenia 1 do 2 min.
14.	Wymiary (dł x szer x wys): 1430x693x880 mm +/- 2 mm	Tak	Tak, Wymiary (dł x szer x wys): 1430x693x880 mm
15.	Gwarancja minimum 36 miesięcy	Tak	Tak, gwarancja 36 miesięcy
16.	Ciężar bez wody max. 75 kg +/- 2 kg	Tak	Tak, Ciężar bez wody 75 kg
17.	Zasilanie 230V / 50 Hz, 60 HZ	Tak	Tak, Zasilanie 230V / 50 Hz, 60 HZ
18.	Klasa ochrony elektrycznej: I	Tak	Tak, Klasa ochrony elektrycznej: I
19.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem ekspozycji i wystawy	Tak	Tak, Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem ekspozycji i wystawy
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	Tak
21.	Certyfikaty/atesty (załączyć)	Tak	Tak
22.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	Tak

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca.

Wypełniony załącznik nr 1D do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

UWAGA

Do oferty należy załączyć katalog lub szczegółowy opis sprzętu potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli. W katalogu lub opisie należy wyraźnie zaznaczyć parametry i wymagania wskazane przez Zamawiającego.

30.07.2026 r.

.....
data sporządzenia załącznika
do Formularza ofertowego

.....
(podpis + pieczęć osoby upoważnionej
do złożenia oferty)

