



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Numer postępowania: ZPO.272.2.17.2026
Olsztyn 16.04.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 170 000 złotych na sukcesywne dostawy gazów wraz z dzierżawą butli gazowych w roku 2026 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, cz. 1, poz. 3

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości zaoferowania podtlenku azotu 2.5 w butli 10l 7 kg o następujących oznaczonych zanieczyszczeniach:

Podtlenek azotu 2.5

Czystość: $\geq 99,5\%$

Specyfikacja zanieczyszczeń:

Tlenek węgla, nie więcej niż 5 ppm

Dwutlenek węgla, nie więcej niż 200 ppm

Tlen + azot + argon, nie więcej niż 5000 ppm

Woda, nie więcej niż 20 ppm

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podtlenku azotu 2.5 o parametrach opisanych przez Wykonawcę. Gaz spełnia wymagania opisu szczegółowego, jest zgodny z parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, cz. 1, poz. 6

a) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości zaoferowania argonu o parametrach jak w pozycji 1 formularza. Informujemy, że Wykonawca posiada argon 5.0 o parametrach jak niżej i nie może dysponować dwoma różnymi gazami o tej samej czystości 99,999%:

Argon: $\geq 99,999\%$ (v/v)

Dopuszczalna zawartość innych substancji

O₂ ≤ 2 ppm (v/v)

N₂ ≤ 6 ppm (v/v)

H₂ $\leq 0,5$ ppm (v/v)

CO $\leq 0,5$ ppm (v/v)

CO₂ $\leq 0,5$ ppm (v/v)

CH₄ $\leq 0,5$ ppm (v/v)

H₂O ≤ 3 ppm (v/v)

b) Opcjonalnie w przypadku gdy Zamawiający wymaga gazu o wyższej czystości – prosimy o potwierdzenie, że wymaga zaoferowania argonu 6.0 o następujących oznaczonych zanieczyszczeniach:

ARGON 6.0

Czystość: $\geq 99,9999\%$

Specyfikacja zanieczyszczeń:

Węglowodory $\leq 0,1$ ppm



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
+48 89 524 83 00
adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89978-14535-VFTRG-08

N₂ ≤ 0,5 ppmv
O₂ ≤ 0,5 ppmv
CO + CO₂ ≤ 0,1 ppmv
H₂O ≤ 0,5 ppmv

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, cz. 2, poz. 1

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości zaoferowania helu 5.0 lub helu 5.6 w butli 50l 200 bar 9,2 m³ o następujących oznaczonych zanieczyszczeniach:

HEL 5.0

Czystość: ≥ 99,999 %
Specyfikacja zanieczyszczeń:
O₂ ≤ 1 ppmv
N₂ ≤ 4 ppmv
H₂O ≤ 3 ppmv
Węglowodory ≤ 0,2 ppm
lub wyższej czystości:

HEL 5.6

Czystość: ≥ 99,9996 %
Specyfikacja zanieczyszczeń:
H₂O ≤ 2 ppmv
O₂ ≤ 1 ppmv
N₂ ≤ 1 ppmv
CO + CO₂ ≤ 0,1 ppmv
C_xH_y (jako CH₄) ≤ 0,1 ppmv

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie helu 5.0 o parametrach opisanych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie helu 5.6 o parametrach opisanych przez Wykonawcę.

Gaz spełnia wymagania opisu szczegółowego, jest zgodny z parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, cz. 2, poz. 2

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości zaoferowania helu 6.0 w butli 50l 200 bar 9,2 m³ o następujących oznaczonych zanieczyszczeniach:

HEL 6.0

Czystość: ≥ 99,9999 %
Specyfikacja zanieczyszczeń:
O₂ ≤ 0,5 ppmv
N₂ ≤ 0,5 ppmv
C_xH_y (jako CH₄) ≤ 0,1 ppmv
CO + CO₂ ≤ 0,1 ppmv
H₂O ≤ 0,5 ppmv

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza Hel 6.0 zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, cz. 1, poz. 2 oraz poz. 7

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości zaoferowania acetylenu 2.6 w butli 50l 10 kg o następujących oznaczonych zanieczyszczeniach:

ACETYLEN 2.6

Czystość: $\geq 99,6\%$

Specyfikacja zanieczyszczeń:

Fosfan (PH₃) ≤ 10 ppm (v/v)

Siarkowodór (H₂S) ≤ 10 ppm (v/v)

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie acetylenu 2,6 w poz. 2 o parametrach opisanych przez Wykonawcę..

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie acetylenu w poz. 7 o parametrach opisanych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, § 2, pkt. 4

Zestawienie, o którym mowa w przedmiotowym punkcie, jest przekazywane pracownikowi Zamawiającego podczas dostawy jako dokument potwierdzający zakres dostawy. Wnosimy o zmianę treści zapisu:

Z:

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać butle z gazem/gazy* na adres Zamawiającego tj. **Olsztyn ul. Żołnierska 16 – pozycje:, Elbląg, ul. Bema 40 – pozycje:** * wraz z zestawieniem dostarczonych i/lub odebranych butli przestany na adres: * (dotyczy części 1)

Na:

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać butle z gazem/gazy* na adres Zamawiającego tj. **Olsztyn ul. Żołnierska 16 – pozycje:, Elbląg, ul. Bema 40 – pozycje:** * wraz z zestawieniem dostarczonych i/lub odebranych butli w postaci dowodu dostawy, przekazywanym podczas dostawy pracownikowi Zamawiającego * (dotyczy części 1)

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentu potwierdzającego zakres dostawy pracownikowi zamawiającego podczas dostawy.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, §3, pkt 11. 1)

Wnosimy o potwierdzenie, że wskazany adres e-mail: faktury.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl, jest jednocześnie właściwym adresem, na który Wykonawca może również przysyłać załączniki do faktur wystawianych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Odpowiedź na pytanie:

Wskazany adres e-mail: faktury.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl jest jednocześnie właściwym adresem, na który Wykonawca może również przysyłać załączniki do faktur wystawianych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

Sporządziła: Aneta Szczepińska

Zatwierdza:

Z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie

dr Elwira Stupienko

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

/podpis elektroniczny/