



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

SAT.272.4.2026.AC

Skierniewice, dnia 14 września 2026 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę autoklawu laboratoryjnego.

nr postępowania SAT.272.4.2026.AC

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o pojemności 131 litrów , gdzie wysokość załadunkowa wynosi 82 cm ?

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie autoklawu o pojemności 131 l, natomiast dopuszcza wysokość załadunkową wynoszącą 82 cm.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferować windę do autoklawu w celu polepszenia warunków pracy w laboratorium ?uzasadnienie: winda umożliwi załadunek i rozładunek ciężkich koszy.

Ad 2. Zamawiający nie wymaga dostarczenia windy ani innego urządzenia wspomagającego załadunek autoklawu.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o Ø 500 i głębokości 630 mm , przy ergonomicznym załadunku komory na wysokości 82 cm ?

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie autoklawu o głębokości 630 mm, Zamawiający wyraża zgodę na autoklaw o średnicy komory 500 mm i wysokości załadunku 82 cm.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o Ø 400 i głębokości max.630 mm , przy załadunku komory na wysokości 82 cm i pojemności autoklawu 100 l ?

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie autoklawu o średnicy komory 400 mm, głębokości 630 mm. Zamawiający wyraża zgodę na wysokość załadunku 82 cm i pojemności roboczą autoklawu wynoszącą 100 l.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o Szer. 650 x Gł. 900 x Wys. 1060 mm; wysokość załadunku 805 mm ?

Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie autoklawu o wymiarach 650 × 900 × 1060 mm oraz wysokości załadunku 805 mm.

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklaw z pompą próżniową frakcjonowaną z możliwością ustawienia do 5 pulsów i próżni końcowej 40 mbar(4 kPa).

Ad 6. Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw wyposażony w pompę próżniową frakcjonowaną umożliwiającą realizację do 5 pulsów próżnia/para oraz osiągnięcie próżni końcowej 40 mbar (4 kPa), pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w specyfikacji.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice
+48 46 833 46 00
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania nadmuchiwanej uszczelki hybrydowej .
uzasadnienie : uszczelka gwarantuje równomierną i idealną szczelność dopasowując się
nawet do mikroskopijnych odkształceń plus dodatkowo jest nadmuchiwana powietrzem .
Tego typu uszczelka jest również bardziej trwała ,ponieważ nie trze podczas otwierania i
zamykania drzwi.

Ad 7. Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw wyposażony w hybrydową
uszczelkę nadmuchiwaną powietrzem jako rozwiązanie równoważne, pod warunkiem
zapewnienia co najmniej takiej samej szczelności, bezpieczeństwa i niezawodności
działania jak wymagane w specyfikacji oraz spełnienia wszystkich pozostałych wymagań
określonych przez Zamawiającego.

8. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z temp. Ustawianą do 135 °.
Uzasadnienie : standardowe programy wykorzystywane przez laboratoria to 121 i 134 °

Ad 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie autoklawu, w którym maksymalna
programowalna temperatura sterylizacji wynosi 135°C. Zamawiający wyraża zgodę na za
zaoferowanie autoklawu, w którym maksymalna temperatura programowania wynosiłaby
138°C

9. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania sterownika z możliwością ustawienia do 100
programów . Na ekranie widoczny czas sterylizacji i temperatura z dokładnością do 0,1 °C ,
ale z możliwością ustawienia : - czas sterylizacji (od 1 do 500 minut) z dokładnością do 1
minuty , - temperatura sterylizacji (od 105°C do 135°C) z dokładnością do 1°C, - liczba faz
odpowietrzania próżniowego/parowego 1-5 Uzasadnienie: opis funkcji z pkt. 19 OPZ
jednoznacznie wskazuje na rozwiązania autoklawów firmy Systec , co jest niezgodne z PZP.

Ad 9. Zamawiający dopuszcza sterownik z możliwością ustawienia do 100 programów z
widocznym na ekranie czasem sterylizacji i temperaturą z dokładnością do 0,1°C.
Zamawiający wyraża zgodę na ustawienie czasu sterylizacji (od 1 do 500 minut) z
dokładnością do minuty o z ustawieniem temperatury sterylizacji z dokładnością do 1°C,
zamawiający wyraża zgodę ustawienia liczby faz odpowietrzania próżniowego/parowego
1-5. Natomiast zamawiający nie wyraża zgody na ustawianie temperatury sterylizacji od
105°C do 135°C.

10. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Sterownik wyposażony w wielokolorowy
wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu 7 cali , z 20 programami i 20 programami
edytowalnymi pod wymagania użytkownika, na ekranie widoczne poszczególne fazy cyklu,
możliwość podglądu wykresu temperatury i ciśnienia, podczas całego cyklu na ekranie
widoczna aktualna temperatura oraz ciśnienie w komorze, System niezależnego od
sterowania monitorowania głównych parametrów pracy jak temperatura i ciśnienie
(niezależne czujniki) oraz programem instalowanym na komputerze umożliwiającym zapis
ostatnich 999 cykli i wydruk w dogodnym momencie ?

Ad 10. Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw wyposażony w sterownik z
wielokolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, posiadający 20 programów
fabrycznych oraz 20 programów edytowalnych przez użytkownika, pod warunkiem
spełnienia wszystkich pozostałych określonych wymagań. Zamawiający dopuści także
rozwiązanie umożliwiające archiwizację danych z ostatnich 999 cykli pracy. Zamawiający
wymaga, aby dane były zapisywane w nieedytowalnych plikach PDF, a ich odczyt jest

możliwy przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi bez konieczności instalowania oprogramowania.

11. Prosimy o odstąpienie od wymogu pkt.24 OPZ , uzasadnienie : audit trail nie jest wymagany w laboratoriach mikrobiologicznych nie podlegających Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

Ad 11. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu możliwości rozbudowy autoklawu o system Audit Trail.

12. Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty : Udokumentowana współpraca z 5 serwisantami , w tym 3 serwisantów z certyfikatami szkolenia u Producenta . uzasadnienie : Serwisant odpowiedzialny za Państwa teren posiada certyfikat ze szkolenia u Producenta . Jednocześnie prosimy o informacje czy dokumenty należy dostarczyć wraz z ofertą ?

Ad 12. Zamawiający dopuści wykazanie współpracy z co najmniej 5 serwisantami, w tym minimum 3 posiadającymi świadectwa ukończenia szkolenia serwisowego wydane przez producenta oferowanego autoklawu, pod warunkiem, że serwisant odpowiedzialny za obsługę Zamawiającego posiada aktualne przeszkolenie producenta. Dokumenty potwierdzające współpracę z serwisantami oraz posiadanie przez nich szkoleń producenta należy złożyć wraz z ofertą.

13. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga , aby w okresie gwarancji wykonywane były bezpłatne przeglądy wraz z wymianą części ?

Ad 13. Zamawiający informuje, że zawiera wymóg wykonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów okresowych. Bezpłatne usługi serwisowe świadczone w okresie gwarancji obejmują wyłącznie naprawy wynikające z ujawnienia się wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych urządzenia.

Justyna Łukasik
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a