

OCENA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ CELEM WYDANIA ZEZWOLENIA NA URUCHOMIENIE PRACOWNI ORAZ/LUB NA URUCHOMIENIE I STOSOWANIE STOMATOLOGICZNEJ APARATURY RTG DO CELÓW MEDYCZNYCH

Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna
OCENA STANU PRACOWNI RTG	
Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 1 pkt 2 Nie dotyczy aparatów bez pracowni, u żytkowanych w terenie, zezwoleń przy wydaniu których odstąpiono od wymogu przedstawienia lub zatwierdzenia dokumentacji projektowej
Zapewnia się łączność głosową i wizualną pomiędzy personelem medycznym przebywającym w sterowni a pacjentem przebywającym w gabinecie rentgenowskim	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 9 Nie dotyczy gabinetów bez sterowni
Drzwi do pracowni rentgenowskiej są oznakowane tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 20 Nie dotyczy aparatów bez pracowni
Nadzór nad aparatami rentgenowskimi i pracownią rentgenowską sprawuje inspektor ochrony radiologicznej – nie dotyczy stomatologicznych aparatów do zdjęć punktowych	(Dz.U. z 2019r., poz. 1792) Art. 7 ust. 5 i 5a
W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, znajduje się informacja o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 19
Wydajność wentylacji zgodna w wymaganiami	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 10
Dokument potwierdzający wykonanie przy urządzeniach radiologicznych testów kontroli fizycznych parametrów odbiorczych (akceptacyjnych)	(Dz. U. z 2017 r. poz. 884.) § 9 ust. 2, 3, 4 i 5 pkt 1 (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 1 pkt 8
W pracowni znajduje się światłoszczelne pomieszczenie umożliwiające naświetlanie sensytometrem błon testowych oraz miejsce do czyszczenia kaset rentgenowskich i folii wzmacniających.	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 15 ust. 2 (nie dotyczy pracowni z ciemnią, odczytów cyfrowych, wewnątrzustnych zdjęć zębów)
Stosowane są błony o czułości E lub F według klasyfikacji ISO	(Dz. U. z 2017 r. poz. 884.) § 18 ust. 4 pkt 3 Nie dotyczy innych niż wewnętrzne zdjęcia zębów i cyfrowego odczytu obrazu
Stosowany jest układ błona - folia wzmacniająca o czułości 400	(Dz. U. z 2017 r. poz. 884.) § 18 ust. 5 pkt 1 Nie dotyczy badań innych niż stomatologiczne badania pantomograficzne i cyfrowego odczytu obrazu
Diagnostyczne pracownie rentgenowskie są wyposażone w sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem rentgenowskim dobrany do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 14 ust. 1
Stosuje się osłony osobiste chroniące przed promieniowaniem części ciała i narządy pacjenta niebędące przedmiotem badania	(Dz. U. z 2017 r. poz. 884) § 18 ust. 1 pkt 3 (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 14 ust. 2 pkt 3 i § 14 ust. 4
Stan sanitarny pomieszczeń pracowni (np. ubytki w tynku, uszkodzone drzwi, uszkodzona podłoga, brudne lub zagrzybione ściany)	(Dz. U. z 2019r. poz. 59) art.4 ust.1 pkt 2 Nie dotyczy aparatów bez pracowni
WYMAGANIA DLA APARATÓW RENTGENOWSKICH	
Diagnostyczne aparaty rentgenowskie do zdjęć są wyposażone w urządzenia sygnalizujące w sposób akustyczny lub optyczny wykonanie ekspozycji. Sygnalizacja powinna być słyszana lub widoczna z miejsca uruchamiania wyzwalacza	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 25
Na oznakowaniu kołpaka aparatu i w instrukcji obsługi aparatu znajdują się informacje o grubości filtra okienka lampy rentgenowskiej i filtra kołpaka	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 27 ust. 1
OCENA DOKUMENTACJI W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ I OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO WYKONAWCY DLA APARATÓW RENTGENOWSKICH	

Dokumentacja techniczna aparatów rtg wraz z instrukcjami obsługi znajdujące się w pracowni rtg	(Dz. U. z 2017 r. poz. 884.) § 8 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 1 pkt 3, § 22 ust. 1 pkt 4
Protokoły pomiarów dozymetrycznych znajdujące się w pracowni	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 1 pkt 5
Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pacjentów i pracowników	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 1 pkt 7 oraz Zał. Nr 3
Ewidencja osób zatrudnionych w pracowni rtg wraz z zaliczeniem ich do odpowiedniej kategorii narażenia	(Dz.U. z 2019r., poz. 1792) Art. 4 ust.1 pkt 10 i Art. 4 ust.1 pkt 11 (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 1 pkt 9 ppkt a
Pracownicy zaliczeni do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące A lub B	Art. 17 ust. 6
Pracownicy objęci dozymetrią indywidualną	Art. 17 ust. 2
Osoby nie posiadające aktualnych orzeczeń lekarskich	(Dz.U. z 2019r., poz. 1792) Art. 10 ust. 1 (Dz. U. z 2016r. poz. 2067) § 7 ust. 3
Ewidencja orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy pracowników na określonym stanowisku	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 1 pkt 9 ppkt c
Program szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej	(Dz. U. z 2006 r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust.1 pkt 10 (Dz.U. z 2019r., poz. 1792) Art. 11 ust.2 i art. 11 ust. 3
Zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie	(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 22 ust. 2
Osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego przeszły szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta potwierdzone certyfikatem	(Dz.U. z 2019r., poz. 1792) Art. 33n ust. 1-6
Zakładowy plan postępowania awaryjnego	(Dz.U. z 2019r., poz. 1792) Art. 84 ust. 1a
Dokumentacja systemu zarządzania jakością	(Dz.U. z 2019r., poz. 1792) Art. 7 ust. 2 (Dz. U. z 2017 r. poz. 884) § 8 (Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325) § 21, § 22 ust. 1 pkt 7