



Kraków, dnia 16 lipca 2026 r.

AG.240.10.2026

**Wyjaśnienia treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację
chromatografu cieczowego HPLC z detektorem MS**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793.) uprzejmie informuję, iż w dniu 14 lipca 2026 r., do Zamawiającego - Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1:

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu LC-MS/MS,
poz 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie automatycznego podajnika próbek z zakresem objętości wstrzykiwanej próbki 0,1–30 µl oraz o precyzji wstrzyknięcia <0,3% RSD dla nastrzyku ≥ 5 µL oraz < 1 % dla nastrzyku ≥ 1 µL ?

Odpowiedź 1:

Nie

Pytanie 2:

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu LC-MS/MS,
poz 5:**

Czy Zamawiający uzna za równoważny detektor mas o zakresie 10–1250 m/z?

Odpowiedź 2:

Nie

Pytanie 3

**Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu LC-MS/MS,
poz 7:**

Czy w zamówieniu dopuszcza się użycie systemu Windows 11 Enterprise LTSC 2024 zamiast Windows 11 Pro? Windows LTSC zapewnia 10-letnie wsparcie i stabilność niezbędną w środowisku laboratoryjnym.

Odpowiedź 3:

Tak

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu LC-MS/MS, poz 8:

Czy Zamawiający uzna za równoważny pakiet oprogramowania zapewniający pełne sterowanie zestawem HPLC i MS, akwizycję oraz analizę danych jakościowych i ilościowych, umożliwiającą tworzenie i zarządzanie własnymi bibliotekami metod oraz przejść MRM dla analiz wykonywanych metodą tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS), zapis danych surowych w oddzielnych plikach przy jednoczesnym przechowywaniu wyników przetwarzania w bazie danych oraz eksport wyników do otwartych formatów (CSV, PDF lub xlsx)?

Odpowiedź 4:

Nie

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Dariusz Zuba

*Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*