



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

Piła, 13.10.2026 r.

OEA-A.2601.267.2026

Sprawę prowadzi:	Hanna Kozera +48 67 3497132 hanna.kozera@sanepid.gov.pl
------------------	---

ZAPYTANIE CENOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile zwraca się o przygotowanie oferty cenowej na Spektrofotometr laboratoryjny DR4900.
W cenie ofertowej należy uwzględnić dostawę, montaż i uruchomienie, na własny koszt, fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych Spektrofotometr laboratoryjny DR4900 z kamerą na potrzeby Laboratorium Badania Wody PSSE w Pile, w skład zestawu wchodzi następujące elementy:

1. Spektrofotometr laboratoryjny DR4900 z kamerą
 - a. zakres długości fal od 320 do 1100 nm;
 - b. rozdzielczość długości fali: 1nm
 - c. powtarzalność długości fali: $\pm 0,1$ nm
 - d. dokładność długości fali: $\pm 1,5$ nm
 - e. szybkość skanowania: 8nm/s
 - f. szerokość pasma spektralnego: 5nm
 - g. zakres pomiaru fotometrycznego: ± 3 Abs
 - h. 10-calowy ekran, dotykowy, kolorowy
 - i. kamera skanująca kody QR z testów kuwetowych w celu aktualizacji krzywych
 - j. interfejs użytkownika: 2x USB A, 1XUSB B, 1X Ethernet
 - k. wstępnie zaprogramowane metody: 240
 - l. system odczytu kodów kreskowych z automatyczną identyfikacją testów kuwetowych;
 - m. zintegrowany czujnik mierzący temperaturę testu kuwetowego z kompensacją
 - n. programy użytkownika: 100 programów użytkownika;
 - o. zgodność z kuwetami: prostokątne: 10 mm, 50 mm, 1 cal
 - p. kompatybilne kuwety okrągłe: 13 mm, 1 cal
 - q. wymiary: 226 mm x 255 mm x 344 mm
 - r. masa 4,8 kg
 - s. adapter „A” do okrągłej kuwety 1 calowej, prostokątnych kuwet 10 mm + fiołki Accuvac;
 - t. przewód zasilający z wtyczką dostosowaną do danego kraju, zasilacz
 - u. aparat
 - v. lampa halogenowa
 - w. osłona przeciwsłoneczna
 - x. pokrowiec przeciwpyłowy
 - y. instrukcja obsługi w języku polskim;
2. Wzorcowanie:
 - a. wzorcowanie w długościach fal: 400, 410, 510, 525, 540, 585, 690 nm w akredytowanym laboratorium;
3. Wyposażenie dodatkowe
 - a. kuweta, prostokątna, szklana, 50 mm, 20 ml, wymiary 45 mm x 12.5 mm x 52.4 mm - 8 szt.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
+48 67 3519878 | +48 67 3497110
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-31559-97798-FRRFS-27
BDO: 000127682

- b. kuweta prostokątna, szklana, 10 mm, 3.5 ml – 2 opakowania (1 op. 3 szt.)
- c. instrukcja obsługi w języku polskim;
- 4. Serwis i gwarancja
 - a. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony na miejscu u użytkownika lub w przypadku poważniejszych napraw w siedzibie wykonawcy;
 - b. Dodatkowo wsparcie techniczne w oparciu o telefon, e-mail;
 - c. Czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
 - d. Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii;
 - e. Gwarancja na urządzenia będące przedmiotem zamówienia minimum: 5 lat, liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
 - f. Dokumenty gwarancyjne w języku polskim;
 - g. Coroczny nieodpłatny przegląd serwisowy zamawianego urządzenia w okresie trwania gwarancji, w terminie ustalonym z użytkownikiem;
 - h. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy;
 - i. Dostępność części zamiennych co najmniej przez 5 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia.
- 5. Dostawa i uruchomienie - Wykonawca musi dostarczyć (włącznie z wniesieniem do laboratorium znajdującego się na I piętrze budynku (bez windy) przy al. Wojska Polskiego 43 w Pile), zainstalować, uruchomić i przetestować urządzenie oraz zademonstrować pełną sprawność dostarczonego urządzenia – wliczone w cenę.
- 6. Wymagania dodatkowe:
 - a. Szkolenie personelu z obsługi urządzenia.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2026 r.

Do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. Wypełniony formularz ofertowy;
3. Specyfikację techniczną, np. karty katalogowe, foldery, prospekty.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Miejsce złożenia oferty wraz ze wszystkimi załącznikami to:

- ❑ osobiście w kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, wejście „A” kancelaria pok. nr 19 na parterze, opakować w jednej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Spektrofotometr”;
- ❑ za pośrednictwem e-Doręczenia na adres: AE:PL-31559-97798-FRRFS-27;
- ❑ drogą mailową na adres: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl z podpisem pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

1. Pani Maria Chojnacka-Gwizdek – kierownik Oddziału Laboratorium PSSE w Pile, tel. 67 3497125, e-mail: maria.chojnacka-gwizdek@sanepid.gov.pl

2. Pani Magdalena Kulczak – kierownik Sekcji Administracyjnej, tel. 67 3519888, e-mail: magdalena.kulczak@sanepid.gov.pl,
3. Pani Hanna Kozera – pracownik Sekcji Administracyjnej, tel. 67 3497132, e-mail: hanna.kozera@sanepid.gov.pl.

Termin złożenia oferty: 22.10.2026 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 22.10.2026 r. o godz. 10:30.

Termin związania ofertą 60 dni od dnia złożenia oferty.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Derezińska

wz. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. wzór umowy
2. informacja RODO
3. oświadczenie PWAAnU
4. formularz ofertowy