

03/01 - ŚRODKI HERMETYCZNOŚCI I STOPNIE HERMETYCZNOŚCI DLA LABORATORIÓW, ZWIERZĘTARNI, POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DLA LUDZI I ZWIERZĄT

A. Środki hermetyczności	B. Stopień hermetyczności									Uwagi
	grupa 2 zagrożenia			grupa 3 zagrożenia			grupa 4 zagrożenia			
Miejsce pracy										
1.Odizolowane od innych czynności wykonywanych w tym samym budynku: grupa 2 - niewymagane grupa 3 - zalecane grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
Obiekty										
2.Praca ze skażonym materiałem, włącznie ze zwierzętami, prowadzona w komorze bezpieczeństwa biologicznego lub izolatce lub innym odpowiednim pomieszczeniu zamkniętym grupa 2 - tam, gdzie to konieczne grupa 3 - wymagane, jeżeli zakażenie przenoszone jest drogą powietrzną grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
Wypożażenie										
1.Powietrze wprowadzane i wyprowadzane z miejsca pracy przez filtry (HEPA (2)) lub podobne	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	

grupa 2 - niewymagane grupa 3 - wymagane dla powietrza wyprowadzanego grupa 4 - wymagane dla powietrza wprowadzanego i wyprowadzanego										
2. Ciśnienie powietrza w miejscu pracy powinno być utrzymywane na poziomie niższym od ciśnienia atmosferycznego grupa 2 - niewymagane grupa 3 - zalecane grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
3. Powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody i łatwo zmywalne grupa 2 - wymagane dla stołów i podłóg grupa 3 - wymagane dla stołów, podłóg i innych powierzchni określonych w ocenie ryzyka grupa 4 - wymagane dla stołów, ścian, podłóg i sufitu	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
4. Powierzchnie odporne na kwasy, zasady, rozpuszczalniki oraz środki dezynfekcyjne grupa 2 - zalecane grupa 3 - wymagane grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
System pracy										
1. Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych grupa 2 - zalecane grupa 3 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	

grupa 4 - wymagane przez służę powietrzną										
2. Skuteczna ochrona przed wektorami zakażeń, np. gryzoniami i owadami grupa 2 - zalecane grupa 3 - wymagane grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
3. Określone procedury dezynfekcji grupa 2 - wymagane grupa 3 - wymagane grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
4. Bezpieczne przechowywanie czynnika biologicznego grupa 2 - wymagane grupa 3 - wymagane grupa 4 - wymagane bezpieczne przechowywanie	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
5. Pracownicy powinni wziąć prysznic przed opuszczeniem pomieszczenia zamkniętego grupa 2 - niewymagane grupa 3 - zalecane grupa 4 - zalecane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
Odpady										
1.Zatwierdzony proces inaktywacji w celu bezpiecznego usuwania zwłok zwierzęcych grupa 2 - zalecane grupa 3 - wymagane na miejscu lub poza nim grupa 4 - wymagane na miejscu	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	

Inne środki										
1. Pełne wyposażenie przypisane do laboratorium grupa 2 - niewymagane grupa 3 - zalecane grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	
2. Okno do obserwacji lub podobne rozwiązanie, tak aby znajdujący się wewnątrz pracownicy mogli być widoczni grupa 2 - zalecane grupa 3 - zalecane grupa 4 - wymagane	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	☐ tak	☐ nie	☐ nie dotyczy	

Rzeszów, 1 lipca 2026 roku