

ZAŁ. NR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DEFIBRYLATOR AED – 10 szt. DEFIBRYLATOR TRENINGOWY – 1 szt.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę **10 sztuk defibrylatorów AED półautomatycznych** oraz **1 sztuki defibrylatora treningowego**, kompatybilnego z oferowanym modelem bojowym, umożliwiającego prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie udzielania pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia.

2. Tabela parametrów technicznych

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa producenta	Wymagana	
2.	Nazwa modelu	Wymagana	
3.	Adres strony internetowej producenta	Wymagana	
4.	Karta katalogowa / folder PDF	Wymagana	
5.	Typ urządzenia	Defibrylator AED półautomatyczny z komendami głosowymi w języku polskim	
6.	Tryb pracy	Automatyczna analiza rytmu serca, impuls po naciśnięciu przycisku	
7.	Obsługa	Intuicyjna obsługa przez osoby bez wykształcenia medycznego	
8.	Elektrody	Elektrody uniwersalne (dorośli + dzieci) lub komplet dorosłych + pediatrycznych	
9.	Czas gotowości do pracy	Maks. 10 sek. od uruchomienia	
10.	Energia wyładowania	Dwufazowa, min. 150–200 J	
11.	Zasilanie	Bateria o trwałości min. 5 lat lub ≥ 200 wyładowań	
12.	Testy automatyczne	Codzienne autotesty urządzenia z sygnalizacją awarii	
13.	Odporność środowiskowa	IP55 lub wyższe, odporność na kurz i zachlapanie	

14.	Temperatura pracy	Min. -5 °C do +50 °C	
15.	Certyfikaty	CE, zgodność z MDR (UE 2017/745) oraz EN 60601-2-4 lub równoważną	
16.	Gwarancja	Min. 60 miesięcy	
17.	Wyposażenie	Torba transportowa, komplet elektrod, bateria, instrukcja PL	
18.	Serwis	Serwis i części zamienne dostępne w Polsce, możliwość zawarcia umowy serwisowej	
19.	Urządzenie treningowe AED	1 sztuka, kompatybilna z oferowanym modelem, możliwość wielokrotnego wykorzystania w szkoleniach, funkcje symulacji zdarzeń	
20.	Urządzenie treningowe AED	Gwarancja min. 36 miesięcy	

3. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

4. Uwagi dodatkowe

- 1) Miejsce dostawy: **Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.**
- 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie **protokołu ilościowo-jakościowego**, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 3) W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności, zgodności parametrów technicznych, stanu technicznego, dokumentacji i oznakowania.
- 4) Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić krótkie testy funkcjonalne urządzenia.
- 5) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z produkcji seryjnej i spełniać wymagania UE.
- 6) Brak spełnienia któregośkolwiek z wymagań minimalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Wymagane załączniki do oferty

- Karta katalogowa urządzenia,
- Deklaracja zgodności CE,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Informacja o warunkach serwisowania,
- Informacja o urządzeniu treningowym (jeśli inne oznaczenie lub model).