

Łódź, 27 października 2025r.



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO**

WYKONAWCY

W związku z pytaniami zadanyymi do postępowania pn.: Zakup i dostawa 5 szt. defibrylatorów typu AED na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator AED, którego parametry techniczne są następujące:

1. pojemność baterii: do 200 wyładowań,
2. czas ładowania do wstrząsu: poniżej 9 sekund,
3. zakres temperatury pracy: do 45°C,
4. wyposażenie: torba transportowa zamiast walizki transportowej (rozwiązanie poręczniejsze i powszechniej stosowane)?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Hubert Jóźwik

(podpis na oryginale)