



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu**

Poznań, 04-05-2026 r.

STRONA ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. postępowanie nr OPO.D-2-6.2431.6.2026

Dostawy suszarki laboratoryjnej.

1. Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę, dla której zmienność temperatury wewnątrz suszarki, oznaczonej w 150 st. (zgodnie z wymaganiami oznaczonej co najmniej w połowie temperaturowego zakresu pracy) wynosi $\pm 3,4$ st.? Zmienność temperatury dla urządzenia mieści się w granicach wymaganych przez normę PN-EN 932-5:2012 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza suszarkę dla której zmienność temperatury wewnątrz suszarki, oznaczonej w 150°C wynosi $\pm 3,4^{\circ}\text{C}$.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Jakub Raszewski
Naczelnik Wydziału Technologii i Jakości budowy
Dróg