

Załącznik nr 11

do postępowania nr ADM.272.1.2025.PG
z dnia 8 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Nazwa:**

Zestaw walizkowy ze spektrofotometrem przenośnym do badania chloru

Wymagania minimalne:

- fotometr przenośny w walizce do badania wody
- wzorcowanie fotometru wykonane przez akredytowane laboratorium wzorujące,
- akcesoria:
 - * testy fotometryczne chlor wolny zakres od 0,03 do 6,00 mg/l Cl_2 ,
 - * testy fotometryczne chlor ogólny/ozon zakres od 0,03 do 6,00 mg/l Cl_2 ,
zakres od 0,03 do 4,00 mg/l O_3 ,
 - * naczynia reakcyjne, 20 szt.,
 - * roztwory do sprawdzania dokładności fotometrycznej fotometrów; 12 probówek z roztworem wzorcowym, probówka z zerem
 - * wzorce barwne chloru, 4 roztwory wzorcowe w probówkach, stężenia 0,0; 0,5; 1,0; 4,0 mg/L Cl_2
 - * pipeta mechaniczna 1000-5000 μl ,
 - * końcówki do pipet 5000 μl , 200 szt.
 - * statyw do probówek,
 - * filtry membranowe 0,45 μm ,
- instrukcja i obsługa panelu/ekranu w języku polskim,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- transport
- dostawa oraz uruchomienie przez autoryzowany serwis