

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usługi wymiany siatki i wzorcowanie koszy do automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego prod. Infratest model 20-1100.

Wykonanie usługi obejmuje:

1. Wymianę siatki w koszach do automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego prod. Infratest model 20-1100 – 3 kosze (nr fabryczne: 1141/13/5; 1141/13/6, 1141/13/1)

Zakres wymiany siatek w koszach do automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego prod. Infratest obejmuje:

- wymianę siatki kosza,
- wymianę uszczelek siatki kosza i innych niezbędnych elementów kosza do prawidłowego funkcjonowania urządzenia,
- po wymianie siatek kosz nadal powinien posiadać swoje właściwości do prawidłowego funkcjonowania ekstraktora ultradźwiękowego prod. Infratest zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wymagania dla siatki:

- odporność na działanie tetrachloroetyleny w wysokich temperaturach (około 125 st.C),
- powinna posiadać deklarację producenta w zakresie średnicy drutu i wielkości oczek zgodnie z EN ISO 3310-1,
- **wielkość oczek siatki 0,063 mm**

Gwarancja na wykonanie usługi min. 24 miesiące.

Tabela poniżej zawiera wykaz wyposażenia pomiarowego, będącego przedmiotem usługi.

Lp.	Nazwa wyposażenia	Producent	Nr inwent.; nr ewiden.	Nr fabr. koszy; zakres pomiarowy	Nr zespołu
Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy (nr fabr. ekstraktora: 2054809)		INFRATEST	T-1.1/I/48/W,S	wymiar oczka siatki, # 0,063mm	T-1.1
1.	Kosz nr 1			1141/13/5	
2.	Kosz nr 2			1141/13/6	
Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy (nr fabr. ekstraktora: 2016410)		INFRATEST	T-1.1/I/49/W,S	wymiar oczka siatki, # 0,063mm	T-1.1
1.	Kosz nr 1			1141/13/1	

2. Wzorcowanie koszy do automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego prod. Infratest model 20-1100 – **3 szt. koszy po wymianie siatek określonych w pkt. 1 OPZ**

Wzorcowanie koszy obejmuje:

- wzorcowanie z wystawieniem świadectwa wzorcowania dla każdego kosza wydane przez krajową instytucję metrologiczną (Główny Urząd Miar) albo Instytuty Desygnowane DI będące depozytariuszem wzorców państwowych albo przez laboratoria wzorcujące akredytowane przez sygnatariuszy EA MLA lub ILAC MRA.

W cenę usługi należy wliczyć koszty transportu/przesyłki (w obie strony) z siedziby Zamawiającego do miejsca wymiany siatek oraz wzorcowania.

Termin wykonania do dnia 19.06.2026 r.

Sporządził:
Katarzyna Felczak-Bielska
2026-05-11