

Postępowanie z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności procesu sterylizacji przed dostarczeniem do laboratorium

Sporal A - sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu / Sporal S - sterylizacja suchym, gorącym powietrzem

Przestrzegać szczegółowych zaleceń producenta testów dotyczących warunków przechowywania wskaźników przed użyciem oraz procedury wykonania kontroli procesu sterylizacji ;

Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku, opisać ich rozmieszczenie w komorze. Wskaźniki zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np.: włożyć do koperty lub zawinąć w kartkę papieru) ;

Wskaźniki dostarczyć do laboratorium w godzinach 8:00 do 11:00

Uwaga : - do laboratorium dostarczyć wskaźniki poddane sterylizacji zakończonej nie wcześniej niż o godz. 13:30 dnia poprzedniego lub w dniu dostarczenia.

Przed dostarczeniem do laboratorium wskaźniki poddane sterylizacji należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Dodatkowo dołączyć jeden wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji (wskaźnik kontrolny żywotności drobnoustrojów dla danej serii)

Wraz z wskaźnikami dostarczyć formularz zlecenia zawierający następujące informacje :

Dane klienta (nazwa i adres klienta ; telefon kontaktowy)

Dane dotyczące sterylizatora (typ, nr fabryczny, rok produkcji, jego lokalizacja)

Parametry procesu sterylizacji (temperatura, czas ,ciśnienie ; data przeprowadzenia sterylizacji)

Data / godzina zakończenia procesu sterylizacji

Dane dotyczące osoby przeprowadzającej sterylizację.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych w wykonywaniu badań laboratoryjnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.5.2018, s. 2) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, z siedzibą ul. Jasnogórska 15a, 42-200 Częstochowa reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl tel.: 34 344 99 00:01.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.psse.czestochowa@sanepid.gov.pl; tel. 34 344 99 76.

3. Dane osobowe są przetwarzane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego w celu realizacji zadań ustawowych przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych, jak również wykonywania statutowych badań i pomiarów.

4. Celem przetwarzania danych jest:

- realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wykonywania statutowych badań i pomiarów – art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- realizacja zleceń wykonywania badań laboratoryjnych na zlecenie klienta,
- kontaktowanie się z klientami/interesantami/kontrahentami w sprawach wnoszonych.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani profilowane.

6. Dokumentacja z danymi osobowymi będzie przechowywana zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Po upływie przewidzianego w nim terminu zostanie trwale usunięta z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego administratora.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9. Szczegółowe informacje n/t przetwarzania danych znajdują się na stronie www.gov.pl/web/psse-czestochowa.