Nazwa laboratorium / adres /
Ekolabos Sp. z o.o. / ul. Duńska 9, Bud. Delta, 54-427 Wrocław

NR_AKREDYTACJI: AB 1868 z dnia 10 lipca 2023 r.; **Wydanie 3 z dnia 2 lipca 2024 r.**

Właściciel laboratorium / adres /
Ekolabos Sp. z o.o. / Piotr Bezłada / ul. Duńska 9, Bud. Delta, 54-427 Wrocław
NIP: 8943061284

L.p.	PARAMETR / WSKAŹNIK	NORMA/ METODA BADAŃ	ZAKRES BADAWCZY	A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany	Zgodność metody badań z wymaganiami określonymi w zał. nr 6 (TAK / NIE)	ZAKRES ZATWIERDZONY	NR DECYZJI ZATWIERDZENIA	DATA ZATWIERDZENIA/ DATA WAŻNOŚCI	Uwagi
1.	pH	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	(2,0-10,0) pH	A	TAK	(2,0-10,0) pH	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
2.	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	(100-2500) µS/cm	A	TAK	(100-2500) µS/cm w 25°C	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
3.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	(0,20-100) NTU	A	TAK	(0,20-100) NTU	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
4.	Stężenie chlorków	Metoda spektrofotometryczna PB-06 wydanie 4 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.14897.0001	(10-250) mg/l	A	TAK	(10-250) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
5.	Stężenie siarczanów	Metoda spektrofotometryczna PB-07 wydanie 5 z dnia 12.06.2024 r. na podstwie testu Merck 1.02537.0001	(10-250) mg/l	A	TAK	(10-250) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
6.	Stężenie azotanów	Metoda spektrofotometryczna PB-02 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r.na podstwie testu Merck 1.14773.0001	(5,0-80) mg/l	A	TAK	(5,0-80) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
7.	Stężenie azotynów	Metoda spektrofotometryczna PB-03 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r. na podstwie testu Merck 1.14776.0001	(0,10-0,60) mg/l	A	TAK	(0,10-0,60) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
8.	Stężenie jonu amonowego	Metoda spektrofotometrycznaPB-01 wydanie 7 z dnia 12.06.2024 r.na podstwie testu Merck 1.14752.0001	(0,10-3,5) mg/l	A	TAK	(0,10-3,5) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
9.	Stężenie magnezu (z obliczeń)	PN-C-04554-4:1999 zał.A	-	A	TAK	(0,2-193,2) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
10.	Stężenie wapnia	PN-ISO 6058:1999	(2,0-320) mg/l	A	* cechy charakterystyczne dotyczą metody (brak NDS w Rozporządzeniu)	(2,0-320,0) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
11.	Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu	PN-ISO 6059:1999	(10-500) mg CaCO3/l	A	TAK	(10-500) mg CaCO3/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
12.	Stężenie żelaza	Metoda spektrofotometryczna PB-05 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.14761.0001	(0,020-50) mg/l	A	TAK	(0,020-50) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
13.	Steżenie manganu	Metoda spektrofotometryczna PB-04 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.01846.0001	(0,010-20) mg/l	A	TAK	(0,010-20) mg/l	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
14.	Indeks nadmanganianowy	PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa	(0,50-10)mg/lO2	A	TAK	nd	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	niepewnośc oszacowana zgodnie z wymaganiami PN-ISO 29201:2022-02
15.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	-	A	TAK	_	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
16.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	-	A	TAK	_	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
17.	Lczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	-	A	TAK	_	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
18.	Liczba *Escherichia coli*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	-	A	TAK	_	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
19.	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	-	A	TAK	_	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
20.	Liczba *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10 Metoda filtracji membranowej	-	A	TAK	_	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	
21.	Liczba *Pseudomonos aeruginosa*	PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej	-	A	TAK	-	6568/24	21.10.2024 / 22.10.2025	